МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
**Рэспубліканскае даччынае гандлевае ўнітарнае прадпрыемства «Медтэхніка» г.Гомель**
вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80;
маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па Гомельскай вобласці,
БІК BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника»
**Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель**
ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71;
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80;
маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, mdt.by, СМДО Org13719
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по Гомельской области,
БИК BLBBBY2X УНП 400052327

19.11.2026 № 4-17/407

Руководителю предприятия

# ЗАПРОС
## информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Трубка эндобронхиальная Робертшоу для УЗ Гомельской области»**, согласно Приложения №1.

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

**Обращаем внимание**, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (*Закон, Указ, прейскурант и т.д.*) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **20.11.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист по маркетингу М.В.Саварина

Бессонова +375 232 35-67-14

Приложение 1

# Технические характеристики (описание)
# Трубка эндобронхиальная Робертшоу для УЗ Гомельской области

*1. Состав (комплектация) оборудования:*

| *Номер и наименование ЛОТа* | *Размер / состав* | *Количество* |
|---|---|---|
| **ЛОТ №1**<br>Трубка эндобронхиальная Робертшоу (левая) | Ch-35 левосторонняя | 593 штуки |
| | Ch-37 левосторонняя | 133 штуки |
| | Ch-39 левосторонняя | 2 штуки |
| **ЛОТ №2**<br>Трубка эндобронхиальная Робертшоу (правая) | Ch-35 правосторонняя | 338 штуки |
| | Ch-37 правосторонняя | 103 штуки |
| | Ch-39 правосторонняя | 2 штуки |

*2. Технические требования:*

| **ЛОТ №1. Трубка эндобронхиальная Робертшоу (левая)**<br>**ЛОТ №2. Трубка эндобронхиальная Робертшоу (правая)** |
|---|
| 2.1. Трубка должна быть двухпросветная модификации Робертшоу (без крюка).<br>2.2. Должна быть изготовлена из нетоксичного термопластичного ПВХ, прозрачная, с отшлифованными закругленными краями.<br>2.3. Должна иметь преформированный изгиб Мэгилла и глазок Мерфи.<br>2.4. Наличие трахеальной манжеты большого объема низкого давления;<br>2.5. Наличие цветовой маркировки бронхиальной манжеты, линии ее раздувания с пилот-баллоном, а также гибкого коннектора бронхиального просвета для обеспечения дополнительной защиты от непреднамеренных ошибок во время использования трубки.<br>2.6. Наличие стилета покрытого медицинской пластмассой.<br>2.7. Наличие рентгенконтрастной полосы.<br>2.8. Наличие сантиметровой разметки глубины интубации.<br>2.9. Трубки должны иметь два 15мм коннектора с зажимами.<br>2.10. Наличие в составе комплекта не менее 2-х (двух) аспирационных катетеров подходящего диаметра;<br>2.11. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности. |