Новополоцкая центральная
городская больница

Кабинет трансфузиологии
центральной городской больницы

Главному врачу
УЗ «Новополоцкая центральная
городская больница»
Шеменковой И.Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
17.11.2026 г. № 9
к служебной записке
17.11.2026 г. № 46
г. Новополоцк

На закуп

1. Холодильник для хранения крови – 2 шт.

Технические характеристики:
- Температурный режим – от + 2 °С до + 6 °С;
- Объем – от 390 до 410 л;
- Ширина – от 590 до 610 мм;
- Глубина – от 600 до 620 мм;
- Высота – от 1940 до 1960 мм;
- Вес (без упаковки) – от 70 до 74 кг;
- Точность поддержания температуры – ±2;
- Наличие термокарты;
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной;
- Отображение температуры на табло панели управления;
- Автоматическое поддержание температуры в камере;
- Автоматическая система оттаивания;
- Кассеты для хранения контейнеров с кровью и компонентами крови – от 14 до 18 шт.

Заведующий кабинетом трансфузиологии
центральной городской больницы Н.М.Стильман

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главного врача
по медицинской части А.С.Иванова

Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница» Вх. № 7080 «17» 11 2026 г.