ЗАЯВКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСЗАКУПКИ

Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: **Реагенты и расходные материалы для централизованной иммуно-токсикологической лаборатории** Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты **в срок не позднее 26.11.2026 на электронную почту vlasova.snab@10gkb.by**

Информация должна содержать: наименование потенциального поставщика. цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; ***порядок формирования цены*** (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

Наименование товара	Характеристики	Количество, ед. изм.
Реагенты и расходные материалы для централизованной иммуно-токсикологической лаборатории	Согласно Приложению №1	Согласно Приложению №1

Условия поставки и оплаты

Место поставки товара	220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73
Порядок поставки товара	Доставка осуществляется за счет поставщика.
Предполагаемые сроки поставки	Партиями, в течении 2027г.; не позднее 30 календарных дней с момента получения заявки Покупателя
Источник финансирования	Местный бюджет
Порядок оплаты	Не позднее 10 б.д. с момента передачи товара Покупателю

Агент по снабжению  Е.А. Власова

Техническое задание:

Лот №1

реагенты, контролей, калибраторов и расходных материалов к автоматическому иммунохемилюминисцентному анализатору Maglumi

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Количество исследований
1	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита А в сыворотке крови (плазме)	400
2	Набор реагентов для выявления HBsAg вируса гепатита В	40 000
3	Набор реагентов для выявления антител к cor антигену вируса гепатита В в сыворотке крови (плазме)	60 000
4	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к cor антигену вируса гепатита В в сыворотке крови (плазме)	500
5	Набор реагентов для определения антител к HBsAg вируса гепатита В в сыворотке крови (плазме)	2400
6	Набор реагентов для выявления Е-антигена вируса гепатита В в сыворотке крови (плазме)	400
7	Набор реагентов для выявления антител к HBe Ag вируса гепатита В в сыворотке крови (плазме)	400
8	Наборы реагентов для определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV)	40 000
9	Набор реагентов для определения ФНО-α в сыворотке крови (плазме)	200
10	Наборы реагентов для определения GAD 65 в сыворотке крови (плазмы)	800
11	Набор реагентов для определения антител к инсулину IAA (Anti Insulin) в сыворотке крови (плазмы)	200
12	Набор реагентов для определения антител к бета-клеткам поджелудочной железы ICA в сыворотке крови (плазмы)	200
13	Набор реагентов для определения антител тирозинфосфатазе Anti –IA2 в сыворотке крови (плазмы)	200
14	**Набор реагентов для определения антител к цинковому транспортеру 8 Anti-ZnT8 в сыворотке крови (плазмы)**	200
15	Чашечки реакционные - Reaction Cup (1 набор 546 шт)	99 918 шт
16	Концентрат промывочного раствора -Wash Concentrate (1 набор 714 мл)	121 380 мл
17	Набор стартовых реактивов -Starter 1+2 (1 набор 460 мл)	20 700 мл
18	Раствор для проверки светового сигнала - MAGLUMI Light Check (1набор-10 мл)	10 мл
19	Наствор для очистки трубок системы - MAGLUMI System Tubing Cleaning Solution (1 набор -500 мл)	1000 мл
20	Наконечники	84 000 шт

2.Технические характеристики :

2.1.Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на автоматическом иммунохемилюминисцентном анализаторе Maglumi, производства Snibe Diagnostic, Китай.

Лот №2

реагенты и расходных материалов к автоматическому анализатору аллергодиагностики PHADIA 200

Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Количество тестов
1	Специфический IgE Коньюгат 100 (фасовка не менее 100 опр)	6000
2	Специфический IgE Контроль кривой стрип (фасовка -стрип)	60 стрипов
3	Специфический IgE Калибратор стрип (фасовка стрип)	15 стрипов
4	Проявляющий раствор (фасовка не менее 200 опр.)	4800
5	Анти-IgE (фасовка не менее 16 капов.)	416
6	Отмывающий раствор (фасовка 6 х1л)	72000 мл
7	Останавливающий раствор (фасовка 6 х 185)	1110 мл
8	Gx1 микс злаки (фасовка не менее 16 капов.)	560
9	Wx5 микс сорные травы (фасовка не менее 16 капов.)	480
10	Tx9 микс деревья (фасовка не менее 16 капов.)	560
11	W204 подсолнечник (фасовка не менее 10 капов.)	60
12	W6 полынь (фасовка не менее 16 капов.)	160
13	Mx2 Плесневые грибы (фасовка не менее 16 капов.)	560
14	Hx2 Домашняя пыль (фасовка не менее 16 кап.)	640
15	E1 Кот, перхоть (фасовка не менее 16 капов.)	160
16	E5 Собака, перхоть (фасовка не менее 16 капов.)	160
17	Ex 71 Перо птицы (фасовка не менее 10 капов.)	100
18	D70 Амбарный клещ (фасовка не менее 10 капов.)	100
19	E4 Корова, перхоть	16
20	F355 Карп (фасовка не менее 10 капов.)	80
21	i3 яд осы (фасовка не менее 16 капов.)	128
22	i75 Шершень (фасовка не менее 10 капов.)	50
23	i71 Комар (фасовка не менее 10 капов.)	150
24	i204 Слепень (фасовка не менее 10 капов.)	20
25	i6 Таракан (фасовка не менее 16 капов.)	16
26	i8 Моль (фасовка не менее 16 капов.)	16
27	K82 Латекс (фасовка не менее 10 капов.)	40
28	P1 Аскариды (фасовка не менее 16 капов.)	160
29	M227 Malassezia spp. (фасовка не менее 10 капов.)	80
30	F1 Белок яйца (фасовка не менее 16 капов.)	160
31	F2 Молоко (фасовка не менее 16 капов.)	160
32	F3 Треска (фасовка не менее 16 капов.)	160
33	F6 Ячмень (фасовка не менее 16 капов.)	16
34	F7 Овес (фасовка не менее 16 капов.)	16
35	F12 горох (фасовка не менее 16 капов.)	16
36	F13 арахис (фасовка не менее 16 капов.)	192
37	F14 Соя (фасовка не менее 16 капов.)	160
38	F24 Креветки (фасовка не менее 16 капов.)	160
39	F55 Просо (фасовка не менее 16 капов.)	16
40	Fx 70 Специи (фасовка не менее 10 капов.)	20
41	Fx74 микс рыбы (фасовка не менее 10 капов.)	60

42	F75 желток (фасовка не менее 16 капов.)	16
43	F79 Глютен (фасовка не менее 10 капов.)	50
44	F83 Мясо курицы (фасовка не менее 16 капов.)	16
45	F93 Какао (фасовка не менее 10 капов.)	40
46	F259 Виноград (фасовка не менее 10 капов.)	20
47	G213 rPhl p1, rPhl p5b Тимофеевка луговая(фасовка не менее 10 капов.)	300
48	W230 nAmb a1 Амброзия (фасовка не менее 10 капов.)	60
49	W231 nArt v1 Полынь (фасовка не менее 10 капов.)	100
50	W233 nArt v3 Полынь (фасовка не менее 10 капов.)	40
51	T215 rBet v 1PR-10 Береза (фасовка не менее 10 капов.)	300
52	T225 rBet v 6 Береза (фасовка не менее 10 капов.)	20
53	T226 nCup a1 Кипарис (фасовка не менее 10 капов.)	20
54	T227 nOle e1 Олива (фасовка не менее 10 капов.)	20
55	D202 nDer p1 Клещ домашней пыли (фасовка не менее 10 капов.)	250
56	D203 nDer p2 Клещ домашней пыли (фасовка не менее 10 капов.)	20
57	D205 nDer p10 Тропомиохин клеща домашней пыли (фасовка не менее 10 капов.)	50
58	D209 nDer p 23 Клещ домашней пыли (фасовка не менее 10 кап.)	20
59	F233 nGal d1 Овомукоид, яйцо (фасовка не менее 10 капов.)	10
60	F232 nGal d2 Овальбумин, яйцо (фасовка не менее 10 капов.)	10
61	M229 rAlt a1 Alternaria alternate (фасовка не менее 10 капов.)	50
62	M218 rAsp f1 Aspwergillus fumigatus (фасовка не менее 10 капов)	10
63	M219 rAsp f21 Aspwergillus fumigatus (фасовка не менее 10 капов)	10
64	E101 rCan f1 Собака (фасовка не менее 10 капов.)	100
65	E102 rCan f2 Собака (фасовка не менее 10 капов.)	10
66	E221 nCan f3Альбумин сыворотки собаки (фасовка не менее 10 капов.)	50
67	E226 nCan f5 Собака (фасовка не менее 10 капов.)	50
68	E94 rFel d1 Кошка (фасовка не менее 10 капов.)	100
69	Специфический IgE контроль L	1 набор
70	Специфический IgE контроль M	1 набор
71	Специфический IgE контроль H	1 набор
	Общий иммуноглобулин Е	
72	Общий IgE коньюгат 100	3000
73	Общий IgE Контроль кривой 3040	15 стрипов
74	Общий IgE Калибратор	15 стрипов
75	Total IgE Anti-IgE	3008
76	Общий IgE контроль LMH	1 набор

2.1.Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на автоматическом анализаторе аллергодиагностики «PHADIA 200» производства Phadia, Швеция,

Лот №3

реагенты, контролей и расходных материалов для лекарственной аллергодиагностики

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Количество
1	Тест-система для количественного определения аллергенспецифических IgE-антител	4 000 иссл.
2	Позитивная контрольная сыворотка для определения специфических IgE антител; (фасовка: не менее 0,5 мл)	4,0 мл
3	Негативная контрольная сыворотка для определения специфических IgE антител; (фасовка: не менее 0,5 мл)	4,0 мл
4	Контрольные аллергены d1	200 иссл.
5	Аллергены для определения специфических IgE: (лекарственные аллергены,)	3 000 иссл.

2.1. Предлагаемые реагенты, контроли и расходные материалы должны быть предназначены для применения на спектрофотометре планшечного типа, что подтверждается инструкциями и адаптационными методиками по каждой позиции заявки на закупку.

Лот №4

панели для количественного определения аллерген-специфических lgE-антител в сыворотке и плазме крови человека

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Количество тестов
1	Панели для количественного определения аллерген-специфических lgE-антител в сыворотке и плазме крови человека. Панель смешанная: Пять стандартных линий, Der. pteronissinus; Der. Farinae, пыльца ольхи, пыльца березы, пыльца лещины, смесь трав, пыльца ржи, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Altemaria alternata, белок яйца, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соя, CCD линия, B-контроль	20 000
2	Панели для количественного определения аллерген-специфических lgE-антител в сыворотке и плазме крови человека. Панель ингаляционная: Пять стандартных линий Der. pteronissinus; Der. farinae; ольха; береза; орешник; дуб; смесь трав; рожь; полынь; подорожник; кошка; лошадь; собака; морская свинка; хомяк; кролик; Penicill. notatum; Cladosp.herbarum; Asperg. fumigatus; Altemaria alternata; CCD линия, B-контроль	72 000
3	Панели для количественного определения аллерген-специфических lgE-антител в сыворотке и плазме крови человека. Панель пищевая: Пять стандартных линий; лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, белок, желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидор, треска, краб, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжут, соя, CCD линия, B-контроль	40 000
4	Панели для количественного определения аллерген-специфических lgE-антител в сыворотке и плазме крови человека. Панель педиатрическая : Пять стандартных линий; Der. pteronissinus; Der. farinae; пыльца березы, смесь трав, кошка, собака, Altemaria alternata; молоко, α-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, казеин, белок, желток, бычий сывороточный альбумин, соя, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис	1000
5	RIDA CCD-Inhibitor к панелям RIDAqLine (фасовка не менее 55 мкл)	1650 мкл

2.Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые панели должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на адаптированном планшетном сканнере Epson Perfection V600 Photo с программным обеспечением RIDA qLine soft производства Германия, что подтверждается инструкциями и адаптационными методиками по каждой позиции заявки на закупку.

Лот №5

<u>реагентов для проведения исследований на маркеры парентеральных вирусных гепатитов методом иммуно-ферментного анализа</u>

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Количество исследований
1	Набор реагентов для выявления HBsAg вируса гепатита В методом ИФА	20 000
2	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к cor антигену вируса гепатита В в сыворотке крови (плазме) методом ИФА.	576
3	Набор реагентов для подтверждения наличия HBsAg вируса гепатита В методом ИФА	384
4	Наборы реагентов для определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) методом ИФА	20 000
5	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С в сыворотке крови (плазме) методом ИФА.	96
6	Набор реагентов для выявления суммарных антител вирусу гепатита Дельта в сыворотке крови (плазме) методом ИФА.	192

2. Технические характеристики:
2.1. Предлагаемые реагенты, контроли и расходные материалы должны быть предназначены для применения на спектрофотометре плашечного типа, что подтверждается инструкциями и адаптационными методиками по каждой позиции заявки на закупку.

Лот №6

<u>реагент для выделения лимфоцитов из цельной крови</u>

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Количество
1	Раствор для выделения лимфоцитов (фасовка не более500 мл)	3000 мл

2. Технические характеристики:
2.1. Готов к использованию.
2.2. Градиент плотности 1.077 г/мл

Лот №7

<u>реагенты для определения Диаминоксидазы в сыворотке крови методом иммуно-ферментного анализа</u>

1. Состав:

№ п/п	Наименование	Количество иссл.

1	Набор реагентов для определения Диаминоксидазы методом ИФА в сыворотке крови	576 иссл

2. Технические характеристики:
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на спектрофотометре плашечного типа, что подтверждается инструкциями и адаптационными методиками по каждой позиции заявки на закупку.

Лот №8

дозаторов пипеточных лабораторных

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Количество
1	Дозатор пипеточный лабораторный одноканальный переменного объема , объем дозирования 1-10 мл	2 шт
2	Дозатор пипеточный лабораторный одноканальный переменного объема 1-5 мл	1 шт
3	Дозатор механический шаговый (степпер) одноканальный объем дозирования 10- 5000 мкл	2 шт

2. Технические характеристики:
2.1. Совместимы с большинством стандартных наконечников.
2.2 Корпус и посадочный конус выполнены из пластика, устойчивого к химическим активным средам и коррозии.

Лот №9

реагенты для определения иммуноглобулинов в сыворотке крови методом иммуно-ферментного анализа

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, иссл.
1	Набор реагентов для определения иммуноглобулина А методом ИФА	960 иссл
2	Набор реагентов для определения иммуноглобулина G методом ИФА	960 иссл
3	Набор реагентов для определения иммуноглобулина М методом ИФА	960 иссл

2. 2. Технические характеристики:
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на спектрофотометре плашечного типа, что подтверждается инструкциями и адаптационными методиками по каждой позиции заявки на закупку.

Лот №10

набор реагентов для определения креатинина

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Количество
1	Набор реагентов для определения креатинина	3500 иссл.

2. Технические характеристики:
2.1. Метод Яффе, без депротеинизации, мануальный метод исследования;

2.2. Реагенты должны быть предназначены для работы на спектрофотомктре PV 1251 производства ЗАО "Solar", РБ

Лот №11

кюветы спектрофотометрические

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Количество
1	Кювета спектрофотометрическая	5000 шт.

2. Технические характеристики: **2.1.** Материал - кюветы из оптического полистирола. 2.2. Длина оптического пути 1 см. 2.3. Объём 4 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем.

Лот №12

сыворотки диагностической гемолитической кроличьей жидкой для реакции связывания комплемента

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Количество
1	Сыворотка диагностическая гемолитическая кроличья жидкая для реакции связывания комплемента (фасовка не менее 2 мл)	20 мл

2. Технические характеристики:

2.1. Готова к использованию.

3. Требования, предъявляемые к сроку годности (стерильности): срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем.

Лот №13

реагентов для проведения токсикологических и иммунологических исследований

1. Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование	Количество
1	Аммиак водный (фасовка не более 1 л)	30 л
2	Ацетат аммония	0,5 кг
3	Бумага индикаторная универсальная	5 уп
4	Пара-диметиламинобензальдегид	0,1 л
5	Уксусная кислота ледяная (фасовка не более 1 л)	5 л
6	Эфир диэтиловый (фасовка не более 1 л)	16 л
7	Фильтр обеззоленый (синяя лента) d 9 (100 шт в уп)	20 уп

8	Калий фосфорнокислый однозамещенный	0,5 кг
9	Сульфосалициловая кислота	1 кг
10	Тетраборат натрия	0,5 кг
11	Краситель Романовского	3 л
12	Краситель Май-Грюнвальда	3 л
13	Нейтральный красный	0,05 кг
14	Сафранин	0,2 кг

2. Технические характеристики:
2.1. Готовы к использованию.
2.2. Степень чистоты – «чистый для анализа»

3. Требования, предъявляемые к сроку годности (стерильности): срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем.

Лот №14

наборов реагентов «Кровь баранья консервированная для реакции связывания комплемента»

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Количество
1	Набор реагентов «Кровь баранья консервированная для реакции связывания комплемента» (фасовка не мене 10 мл)	1000 мл

2. Технические характеристики:
2.1. Состав – смесь дефибринированной крови барана и консерванта в соотношении 4:1 по объему.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем.

Лот №15

реагентов, контролей, калибраторов и расходных материалов к автоматическому иммунохемилюминисцентному анализатору Maglumi

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Количество исследований
1	Набор реагентов для определения антител к цинковому транспортеру 8 Anti-ZnT8 в сыворотке крови (плазмы)	200

2.Технические характеристики :
2.1.Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на автоматическом иммунохемилюминисцентном анализаторе Maglumi , производства Snibe Diagnostic, Китай.

3. Требования, предъявляемые к сроку годности (стерильности): срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80 % от установленного производителем.