Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 19

1. Состав (комплектация) медицинского изделия:

№ Лота	Наименование	Единица измерения	Количество
19	Зажим биполярный двухбраншевый в составе: рабочая часть 1 шт. тубус 1 шт. рукоятка 1шт. кабель 1 шт.	штука	1

2. Технические (потребительские) характеристики:

2.1	**Рабочая часть**	
2.1.1	Количество браншей (шт.)	2
2.1.2	Длина рабочей части (мм)	320-350
2.1.3	Диаметр (мм)	5,0-6,0
3.1	**Тубус**	
3.1.1	Изоляционное покрытие	Наличие
3.1.2	Механизм тубуса	Поворотный
4.1	**Рукоятка**	
4.1.1	ВЧ-разъем для подключения кабеля	Наличие
5.1	**Кабель**	
5.1.1	Биполярный	Наличие
5.1.2	Совместимость с системой высокочастотной хирургической Erbe VIO 300 D	Наличие
6	Многократного использования	Наличие
7	Автоклавируемые	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора