МТ №983/26

Приложение 1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) концентратов диализирующих растворов щелочных и кислотных, сухих

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Количество
1.1	Компонент А	для приготовления **75 300,00 л** готового раствора
1.2	Компонент В	для приготовления **74 900,00 л** готового раствора

2. Показатели (характеристики):

2.1. Соли для приготовления концентрата диализирующего раствора должны представлять собой кристаллический порошок или гранулят, без осадка растворимый в воде температурой не более 30°С;

2.2. Соли для бикарбонатного диализа должны представляться в упаковке определенного веса для растворения в следующих объемах химически чистой воды:

- щелочной компонент (В) –до 100л.
- кислотный компонент(А) –до 100л.

2.3. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли:

- кальций хлористый;
- магний хлористый;
- калий хлористый;
- натрий хлористый;
- уксусная кислота или диацетат натрия;

2.4. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа состоит из чистого бикарбоната натрия.

2.5. Соли для бикарбонатного диализа должны иметь высокую степень очистки от механических примесей.

2.6. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/35 должен быть следующим:

Наименование	**Содержание ионов, ммоль/л**							
	Na^+	K^+	глюк	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3	CH_3COO
Кислотный компонент	135-145	2,0-3,0	0-6,0	1,25-1,75	0,5-1,0	100-120	32-34	2,0-6,0
Щелочной компонент	1000	-	-	-	-	-	1000	-

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно документам.