Акт технического осмотра медицинского изделия

от 06.11.2026 №_____

Настоящий акт составлен представителем **ПКООО «РЕСПЕКТ-ПЛЮС»** инженером по наладке и испытания 1 категории Мацкевичем В.В. и представителем **УЗ «Минский областной клинический госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова»** в том, что при техническом осмотре медицинского изделия были определены следующие методы и способы восстановления изделия

Обозначение мед. изделия, зав. №, дата ввода в эксплуатацию, вид обслуживания (гарантийное, постгарантийное)	Краткое описание состояния	Метод восстановления работоспособности	Комплектующие и материалы, Примененные для восстановления			Дата восстановления мед. изд.
			Наименование	ед. изм	кол-во	
ВИАН-3-турбо	По словам медперсонала не работает кнопка управления	**Для восстановления работоспособности необходимы:**				
Зав № 1862		Ремонт пульта управления аппарата ИВЛ	Манипулятор/энкодер 62A11-02-050S	шт	1	
21.05.2020			Диск РГИВ.91.20.00.0.02	шт	1	
			Разъём IDC 10-F090-022	шт	1	
		Ремонт блока формирования и подач дыхательной смеси аппарата ИВЛ	Шланг РГИВ.91.02.05.0.00-02	шт	1	
		Проверка работоспособности аппарата ИВЛ				

Представитель ПКООО «РЕСПЕКТ-ПЛЮС»

_____ /В.В. Мацкевич/
(подпись)

Представитель учреждения
владельца медицинского изделия

_____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)