УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ НЦГБ
_____И.Г.Шеменкова
«_10»_____11_____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кислорода медицинского в ноябре-декабре 2026 года

Для бесперебойного обеспечения медицинским кислородом учреждения здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница»

Предмет закупки: поставка кислорода медицинского в оборотной таре поставщика и транспортом поставщика.

код ОКРБ 20.11.11.700

Ориентировочный объем 4620 м3.

1. Технические требования
1.1. Качество

Кислород газообразный медицинский по ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73):

№ п/п	Наименование показателей качества	Требования по ГОСТ 5583-78, НД РБ 1590Б-2020
1	Объемная доля кислорода	Не менее 99,5%
2	Объемная доля водяных паров	Не более 0,007%, не более 70 ppm
3	Содержание двуокиси углерода	Должен выдержать испытание Не более 0,01, не более 100 ppm
4	Содержание окиси углерода	Должен выдержать испытание Отсутствие
5	Содержание газообразных кислот и оснований	Должен выдержать испытание Не более 0,001 г/моль на $м^3$
6	Содержание озона и др. газов	Должен выдержать испытание Отсутствие
7	Запах	Отсутствие
8	Давление кислорода в баллоне	Не менее (14,7 ±0,5) МПа

Кислород не должен быть получен электролизом воды или сжат компрессорами с поршневым уплотнением из фторопласта и иных материалов, не прошедших проверку органами медицинского надзора.

1.2 Тара и давление

Стальные баллоны 40 и/или 50 л с исправными вентилями и колпаками, окраска синяя (голубая), маркировка «Кислород медицинский» черным цветом, место клеймения баллонов должно быть отмечено окантовкой желтого цвета. На месте клеймения баллона должна быть информация о годе изготовления баллона, порядкового номера баллона, рабочего давления, даты освидетельствования и даты следующего испытания, соответствие ТР ТС 032/2013.

1.3. Транспорт

Груз класса 2, подкласс 2.1, шифр 2121, ООН 1072; перевозчик с правом перевозки опасных грузов, водители с ДОПОГ.

1.4. Документы

Каждая партия — с паспортом качества (доля кислорода, дата выработки и наполнения, номера баллонов), ТТН-1/ТН-2, актами выполненных работ, при необходимости — декларацией ТР ТС. Копии передаются заказчику не позднее момента поставки.

2. Требования к поставщику

- Право реализации (производства) медицинских газов: лицензия/аттестат либо договор с производителем медкислорода.
- Поставщик должен производить освидетельствование и техническое обслуживание кислородных баллонов.
- Транспорт, разрешённый к перевозке кислорода.
- Наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

3. График и порядок поставки

3.1. Порядок заказа

Заявка — по телефону в день поставки или накануне.

3.2. Срок поставки

Не более 4- 6 часов с момента подтверждённой заявки (целевой показатель — 5 часов).

3.3. Минимальный объём поставки

Не менее 850 м³ кислорода за поездку. Объём прибывает единовременно.

3.4. График рейсов

Раз в неделю, включая выходные и праздничные дни.

3.5. Иные сведения

Поставщик предоставляет в безвозмездное пользование 120–175 баллонов. Порожние баллоны с остаточным давлением не менее 0,5 МПа возвращаются при следующей поставке.

4. Адрес поставки

Поставщик осуществляет поставку товара до здания кислородной станции, расположенной по адресу Витебская область, г. Новополоцк, ул. Молодежная 2/14 на основании заявки, принимаемой по телефону.

5. Условия поставки

Каждая партия кислорода медицинского сопровождается документами, подтверждающими качество товара: паспортами каждой партии, на каждом баллоне кислорода должна быть этикетка, с указанием наименования поставщика, его адреса, наименования товара, номера партии, даты изготовления, объема газообразного кислорода; результаты проведения анализов или подтверждение о соответствии продукции требованием стандарта, при транспортировке для защиты от механических повреждений каждый баллон с кислородом должен иметь съемный металлический колпак.

Заместитель главного врача по ХР К.А. Голюченко

Инженер по промышленной безопасности Д.С. Воронова