Приложение
к заявке на закупку
медицинской техники

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Бокс микробиологической безопасности класса II (ламинарный шкаф)	штука	1
1.2	Комплект запасных предохранителей	комплект	1
1.3	Комплект документации (паспорт, руководство, сертификаты)	комплект	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Габаритные размеры бокса с подставкой, не более (ШхГхВ): 1200x770x2100

2.2. Масса бокса с подставкой, кг, не более: 240

2.3. Тип исполнения: А2 (70%воздуха рециркулируют, 30% выбрасываются обратно в помещение

2.4. Скорость воздушного потока: нисходящий (ламинарный) в пределах 0,25-0,5 м/с; входящий

2.5. Защита персонала (воздушно-фильтрация): HEPA-фильтры(класс H14 по УР1822)

2.6. Уровень шума: не более 55-60 дБ

2.7. Материал корпуса: нержавеющая сталь

2.8. Тип освещения: LED (светодиодное)

2.9. УФ-стерилизация: наличие встроенной УФ-лампы

2.10. Производительность: автоматическое поддержание постоянного воздушного потока при засорении фильтров

2.11. Рабочая камера: цельнометаллическая, устойчивая к дезинфицирующим средствам

2.12. Стекло: защитное стекло с регулируемым по высоте уровнем (сдвижное и подъёмное

2.13. Управление: электронная панель с индикацией скорости потоков и ресурса фильтров

2.14. Комплектация: УФ-лампа, блок розеток внутри камеры, подставка с регулируемыми опорами и колесами

2.15. Наличие инструкции на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Бокс микробиологической безопасности должен быть внесен в государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения

3.2. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента инсталляции

3.3. Требование о наличии технической документации: руководство по эксплуатации на русском языке, включающее:

3.3.1. Паспорт на поставляемое изделие, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных технических параметров и характеристик с отметкой о дате изготовления и указанием срока эксплуатации оборудования;

3.3.2 Руководство (инструкция) по эксплуатации, содержащее сведения о конструкции, принципе действия и технических характеристиках изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, проведения технического обслуживания и ремонта;

3.3.3. Паспорта и фильтры с указанием класса очистки протокола испытаний

Разработчики:
Заместитель главного врача по лечебной части Ю.И.Мурашевская
Врач лабораторной диагностики Ж.И.Тихонова

СОГЛАСОВАНО
Главный внештатный специалист
по лабораторному обеспечению
эпиднадзора главного управления
по здравоохранению Брестского облисполкома
Э.М. Михнович
« » 2026г.