Приложение №1 к приглашению к участию в закупке
оборудования для газового анализа

№ п/п	Наименование закупаемого товара	ЕИ	Кол-во
1	Датчик газовый электрохимический, взрывозащита EEx ia IIC T6; Uпит=24V, Iвых. 4...20mA в комплекте: - измерительный блок типа Drager Polytron 3000 (или аналог) – 1 шт.; - встроенный сенсор, измерительный диапазон 0...10 ppm HCN типа Drager Sensor HCN (или аналог) – 1 шт.; - стыковочный узел – 1 шт.; - калибровочный адаптер – 1 шт.	Компл.	1

Участник в составе технической части предложения должен подтвердить выполнение требований:

1. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя.
2. Доставка и возврат оборудования для выполнения гарантийных обязательств по ремонту должны осуществляться за счёт Поставщика и собственными силами Поставщика.
3. В случае необходимости проведения внеочередной поверки оборудования, возникшей в результате устранения дефектов в гарантийный период обслуживания, Поставщик обеспечивает её проведение за свой счёт собственными силами.
4. Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым, не бывшем в эксплуатации, не восстановленным, дата изготовления – не ранее 2026г.

Документация, которая должна быть предоставлена при подаче предложения:

1. Подробное техническое описание предлагаемого оборудования на русском языке.
2. Копия действующего сертификата Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средства измерения либо предоставить гарантию о том, что копия действующего сертификата Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средства измерения будет предоставлена при поставке оборудования.
3. Копия действующего сертификата о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» либо предоставить гарантию о том, что копия действующего сертификата о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» будет предоставлена при поставке оборудования.

Документация, которая должна входить в комплект поставки:

1. паспорт или иной документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя с отметкой о дате изготовления и указанием срока эксплуатации оборудования.
2. руководство по эксплуатации.
3. Копия действующего сертификата/ декларации о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Документ должен быть действующим на момент выпуска оборудования в обращение;
4. Копия действующего сертификата/декларации о соответствии оборудования требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Документ должен быть действующим на момент выпуска оборудования в обращение;
5. Копия действующего сертификата Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа средства измерения с приложением с описанием типа средства измерения и методикой поверки. Документ должен быть действующим на дату изготовления, кроме случая

включения средства измерения в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь в качестве единичного экземпляра средства измерений;
6. Свидетельство о первичной государственной поверке, признаваемое на территории Республики Беларусь либо соответствующая отметка в паспорте.

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.