Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	ИФА-реагентный набор для определения в сыворотке специфических антител к антигенам Toxocara canis (набор на не менее 96 тестов)	набор	8

2 Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.Основные составные части изделия – сорбированный (стрипированный) 96-луночный иммунологический планшет, контрольные образцы, промывающий буферный раствор, конъюгатный (ферментсодержащий) раствор, субстратный раствор, реагент для остановки иммуноферментной реакции.

2.2.Возможность дифференцированного определения в сыворотке крови человека специфичных антител к антигенам возбудителя токсокароза.

2.3. Возможность количественной оценки содержания специфичных антител в установленных единицах.

2.4. Отсутствие необходимости разведения (титрования) исследуемых образцов.

2.5.Возможность проведения нескольких постановок реакции (не менее 3-х).

2.6.Поставка всех ингредиентов в жидком виде, удобном для практического применения.

2.7. Возможность регистрации результатов автоматическим фотометрирующим устройством открытого типа с использованием одноволнового (450 нм) либо двухволнового (450/620 нм) режимов работы фотоанализатора.

2.8.Возможность проведения реакции в течение 180 минут.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	ИФА-реагентный набор для определения в сыворотке крови специфических антител к антигенам Taenia solium (набор на не менее 96 тестов)	набор	7

2 Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.Основные составные части изделия – сорбированный (стрипированный) 96-луночный иммунологический планшет, контрольные образцы, промывающий буферный раствор, конъюгатный (ферментсодержащий) раствор, субстратный раствор, реагент для остановки иммуноферментной реакции.

2.2.Возможность дифференцированного определения в сыворотке крови человека специфичных антител к антигенам возбудителей цистицеркоза.

2.3. Возможность количественной оценки содержания специфичных антител в установленных единицах.

2.4. Отсутствие необходимости разведения (титрования) исследуемых образцов.

2.5.Возможность проведения нескольких постановок реакции (не менее 3-х).

2.6.Поставка всех ингредиентов в жидком виде, удобном для практического применения.

2.7. Возможность регистрации результатов автоматическим фотометрирующим устройством открытого типа с использованием одноволнового (450 нм) либо двухволнового (450/620 нм) режимов работы фотоанализатор.

2.8.Возможность проведения реакции в течение 180 минут.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 3
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	ИФА-реагентный набор для определения в сыворотке крови специфических антител к антигенам Trichinella spiralis (набор на не менее 96 тестов)	набор	7

2 Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.Основные составные части изделия – сорбированный (стрипированный) 96-луночный иммунологический планшет, контрольные образцы, промывающий буферный раствор, конъюгатный (ферментсодержащий) раствор, субстратный раствор, реагент для остановки иммуноферментной реакции.

2.2.Возможность дифференцированного определения в сыворотке крови человека специфичных антител к антигенам возбудителей трихинеллеза.

2.3. Возможность количественной оценки содержания специфичных антител в установленных единицах.

2.4. Отсутствие необходимости разведения (титрования) исследуемых образцов.

2.5.Возможность проведения нескольких постановок реакции (не менее 3-х).

2.6.Поставка всех ингредиентов в жидком виде, удобном для практического применения.

2.7. Возможность регистрации результатов автоматическим фотометрирующим устройством открытого типа с использованием одноволнового (450 нм) либо двухволнового (450/620 нм) режимов работы фотоанализатора.

2.8.Возможность проведения реакции в течение 180 минут.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	ИФА-реагентный набор для определения в сыворотке крови специфических антител к антигенам Echinococcus granulosus (набор на не менее 96 тестов)	набор	7

2 Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.Основные составные части изделия – сорбированный (стрипированный) 96-луночный иммунологический планшет, контрольные образцы, промывающий буферный раствор, конъюгатный (ферментсодержащий) раствор, субстратный раствор, реагент для остановки иммуноферментной реакции.

2.2.Возможность дифференцированного определения в сыворотке крови человека специфичных антител к антигенам возбудителя эхинококкоза.

2.3. Возможность количественной оценки содержания специфичных антител в установленных единицах.

2.4. Отсутствие необходимости разведения (титрования) исследуемых образцов.

2.5.Возможность проведения нескольких постановок реакции (не менее 3-х).

2.6.Поставка всех ингредиентов в жидком виде, удобном для практического применения.

2.7. Возможность регистрации результатов автоматическим фотометрирующим устройством открытого типа с использованием одноволнового (450 нм) либо двухволнового (450/620 нм) режимов работы фотоанализатора.

2.8.Возможность проведения реакции в течение 180 минут.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.