Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Технические характеристики	Количество штук
1	Пробирка вакуумно-поршневая	1.Для биохимических, серологических, иммуно-химических исследований: 2.Наполнитель - активатор свертывания с разделительным гелем, 3.Размер 8х66мм, 4.Материал - пластик 5.Объем биоматериала 1,0-1,2 мл	1500
2	Пробирка вакуумно-поршневая	1.Для гематологических, иммуногематологических, молекулярно-генетических исследований исследований: 2.Наполнитель - К3 ЭДТА, 3.Размер 8х66мм, 4.Материал - пластик 5.Объем биоматериала 1,1-1,2 мл	1500
3	Пробирка вакуумно-поршневая	1.С цитратом натрия для исследования параметров гемостаза: 2.Наполнитель - цитрат натрия 3.2%, 3.Размер 8х66мм, 4.Материал - пластик 5.Объем биоматериала 1,4-1,5 мл	1500
4	Мультиадаптер	1.Для подсоединения пробирок S-monovette (или аналог) к системам с входом типа Luer (или аналог): 2.Пластиковый корпус с устройством для фиксации на крышке вакуумной пробирки с поршнем; внутри корпуса расположена игла, закрытая мембраной; снаружи имеется луер-	1500

		конус 3.Совместимо с иглами разъемом типа луер, центральным венозным катетером, иглам-бабочкам 4.Упаковка: индивидуальная 5.Стерильность: стерильно	
5	Мембранный адаптер	1. Для подсоединения иглы S-monovette (или аналог) к стандартным шприцам с выходом типа Luer (или аналог): 2.Описание: состоит из пластикового корпуса с прокалываемой мембраной; 3.На корпусе адаптера имеется стопорный механизм для фиксации иглы системы вакуумно-поршневого типа 4.Стерильность: стерильно 5.Упаковка: индивидуальная	1500
6	Микроигла 21 G	1.Для взятия очень малых количеств крови: 2.Стандарт чистоты: стерильно, не содержит пирогенов/эндотоксинов 3.Диаметр х длина иглы: 0,6мм х 19мм 4.Упаковка: индивидуальная	1500
7	Микропробирка	1.С коническим дном и юбкой устойчивости для биохимических, серологических, иммуно-химических исследований: 2.Наполнитель - активатор свертывания, 3.Размер 10,8х44 мм, 4.Материал - полипропилен, 5.Объем биоматериала 1,0-1,4 мл	2000
8	Микропробирка	1.С коническим дном и юбкой устойчивости для получения плазмы: 2.Наполнитель - КхЭДТА, 3.Размер 10,8х44 мм, 4.Материал - полипропилен, 5.Объем биоматериала 1,2-1,4 мл	1000

10	Микропробирка	1.С коническим дном и юбкой устойчивости для коагулологических исследований: 2.Наполнитель - цитрат 9NC, 3.Размер 10,8х44 мм, 4.Материал - полипропилен, 5.Объем биоматериала 1,0-1,1 мл	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".

2.1 Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.2 Пробирки должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.3 Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись стерильно.

2.4 Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы, и/или буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора