Приложение №1:

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) оборудования (комплекта) по лоту №1:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Билиарный дренажный катетер (стент) с системой доставки	штука	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Характеристика	Базовые параметры
Диаметр стента	8,5 Fr
Рабочая длина стента	8 см
Канал эндоскопа	не менее 2.8мм
Материал стента	пластик (PE, полиуретан)
Тип	изогнутый 15^0 («Амстердам»)
Стент изготовлен из рентгенконтрастного материала, хорошо видимого при рентгеноскопии	обязательно
Рентгенконтрастный маркер на дистальном конце катетера доставки	обязательно
Наличие лепестков на дистальном и проксимальном конце стента	обязательно
Одноразовое исполнение	обязательно
В комплекте идет система доставки	обязательно
Стерильность	обязательно
Срок годности (стерильности)	не менее 2х лет

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Требования о наличии технической документации, инструкции для обучения персонала и иной информации.

3.3. В стоимость предложения должны быть включены доставка изделий медицинского назначения, обучение персонала правилам эксплуатации оборудования и инструментов

Приложение №2:

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) оборудования (комплекта) по лоту №2:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Билиарный дренажный катетер (стент) с системой доставки	штука	15

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Характеристика	Базовые параметры
Диаметр стента	7 Fr
Рабочая длина стента	5 см
Канал эндоскопа	не менее 2.8мм
Материал стента	Пластик (PE, полиуретан)
Тип	«Single Pigtail»
Дуоденальный конец типа «свиной хвостик», противоположный конец с лепестком	обязательно
Наличие дополнительных отверстий по бокам рабочей части стента	обязательно
Стент изготовлен из рентгенконтрастного материала, хорошо видимого при рентгеноскопии	обязательно
Рентгенконтрастный маркер на дистальном конце катетера доставки	обязательно
Одноразовое исполнение	обязательно
В комплекте идет система доставки	обязательно
Стерильность	обязательно
Срок годности (стерильности)	не менее 2х лет

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Требования о наличии технической документации, инструкции для обучения персонала и иной информации.

3.3. В стоимость предложения должны быть включены доставка изделий медицинского назначения, обучение персонала правилам эксплуатации оборудования и инструментов

Приложение №3:

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) оборудования (комплекта) по лоту №3:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Билиарный дренажный катетер (стент) цельного плетения с системой доставки	штука	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Характеристика	Базовые параметры
Диаметр стента	10 мм
Рабочая длина стента	8 см
Канал эндоскопа	не менее 2.8мм
Материал стента	nitinol
Тип	цельное плетение, полностью покрытый
Стент изготовлен из рентгенконтрастного материала, хорошо видимого при рентгеноскопии	обязательно
Рентгенконтрастный маркер на дистальном конце катетера доставки	обязательно
Одноразовое исполнение	обязательно
В комплекте идет система доставки	обязательно
Стерильность	обязательно
Срок годности (стерильности)	не менее 2х лет

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Требования о наличии технической документации, инструкции для обучения персонала и иной информации.

3.3. В стоимость предложения должны быть включены доставка изделий медицинского назначения, обучение персонала правилам эксплуатации оборудования и инструментов

Приложение №4:

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

1. Состав (комплектация) оборудования (комплекта) по лоту №4:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Эндоскопический проводник для канюляции желчных протоков	штука	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Характеристика	Базовые параметры
Длина	400-500 см
Диаметр	0,889 мм (0,035 дюйма)
Дистальный конец	прямой, атравматичный
Рентген-контрастность	обязательно
Гидрофильное покрытие	обязательно
Устойчивый к перекручиванию	обязательно
Стерильность	обязательна
Срок годности (стерильности)	не менее 2х лет

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.2. Требования о наличии технической документации, инструкции для обучения персонала и иной информации.

3.3. В стоимость предложения должны быть включены доставка изделий медицинского назначения, обучение персонала правилам эксплуатации оборудования и инструментов