УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Новополоцкая
центральная городская
больница »
_____ / И.Г.Шеменкова
«19» 11 2026 г.
М. П.

Заявка на закупку медицинских изделий

Заявка на закупку Аппарат для определения активированного времени свертывания крови (АВСК)

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Гайдwqsaapa, 4
УНП	300044028
Адрес электронной почты	ncgb@ncgb.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети интернет (при наличии)	www.ncgb.by

1. Описание предмета закупки: аппарат для определения активированного времени свертывания крови (АВСК)
2. Область применения: ангиография и рентгеноэндоваскулярная хирургия.
3. Сведения о государственной закупке

Лот № 1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	Аппарат для определения активированного времени свертывания крови (АВСК) (таймер коагуляции автоматизированный)
Описание потребительских, технических и экономических показателей предмета государственной закупки	Согласно приложению №1
Код по ОКРБ (9 знаков)	26.51.53.800
Объем (количество)	1 комплект
Источник финансирования государственной закупки	Городской бюджет

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1 Аппарат для определения активированного времени свертывания крови (АВСК) (таймер коагуляции автоматизированный)

1. **Состав оборудования**

№п/п	Наименование	Количество
1.1.	Аппарат для определения активированного времени свертывания крови (АВСК)	1 шт.
1.2.	Картриджи для измерения высоких уровней АВСК (более 200 сек)	5 упаковок (250 измерений)
1.3.	Контрольные тестовые наборы для предлагаемых картриджей АВСК	3 набора

2. **Технические требования:**

№п/п	Параметр	Количество, шт.
2.1	**Аппарат должен обеспечивать:**	
2.1.1.	подогрев проб до 37°С	Наличие
2.1.2.	режим инкубирования	Наличие
2.1.3.	измерение по двум каналам одновременно	Наличие
2.1.4.	измерение АВСК в пределах от 10 до 1000 сек	Наличие
2.1.5.*	Используемый реагент-активатор не должен влиять на результаты измерения в присутствии в пробе крови ингибитора фибринолиза типа апротинин (например - каолин)	
2.2.	**Система управления, контроля и визуализации аппарата:**	
2.2.1.	ЖК дисплей для управления параметрами работы аппарата	Наличие
2.2.2.	Отдельный дисплей для каждого канала измерения, показывающий результаты текущего измерения или предшествующего	Наличие
2.2.3.	Пользовательский интерфейс на основе сенсорной панели управления	Наличие
2.2.4	Отображение на дисплее в процессе измерения:	Наличие
2.2.5	текущее значение АСВК в секундах	Наличие
2.2.6	температуру пробы, регистрационные данные пациента (номер операционной, номер истории пациента и т.д.)	Наличие
2.3	**Конструктивное исполнение:**	
2.3.1.	Оборудование должно иметь возможность размещения на консолях	
2.3.2.	Ручка для переноса	Наличие
2.3.3.	Закрытый кожух для узлов и блоков аппарата	Наличие
2.3.4.	Питание от сети 220В	Наличие
2.3.5.	Возможность экспорта данных	Наличие

При несоответствии параметров отмеченных астериском «*» предложение снимается с рассмотрения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию:

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

3.2. оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

4.1. должен быть зарегистрирован в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь

Разработчики технических характеристик:

Морозов Леонид Георгиевич, врач рентгеноэндоваскулярный хирург (заведующий) рентгеноангиографического кабинета УЗ «НЦГБ»

подпись

Габрусёнок Артём Владимирович, врач рентгеноэндоваскулярный хирург рентгеноангиографического кабинета УЗ «НЦГБ»

подпись