УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_____И.Г.Шеменкова
«10» 11 2026 г.

Заявка на закупку медицинских изделий

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот №1

Состав (комплектация) медицинских изделий

№п/п	Состав (комплектация) медицинскихизделий	Количество
1	Тубус резектоскопа поворотный	1
2	Рабочий элемент резектоскопа гибридный (биполярный и монополярный), пассивный	1
3	Оптика с разрешением Full HD, 30 градусов	1
4	Кабель для подключения резектоскопа к ЭХВЧ	1
5	Электрод, режущая петля угловая	6

2. Технические характеристики

№п/п	Состав (комплектация) оборудования	Параметры
1	**Тубус резектоскопа поворотный**	
1.1	Внешний тубус в комплекте	наличие
1.1.1	Диаметр	26 Charr
1.1.2	Непрерывное промывание	наличие
1.1.3	Краны притока и оттока расположены в разных осях с указанием направлении движения жидкостей	наличие
1.2	Внутренний тубус в комплекте	наличие
1.2.1	Диаметр	24 Charr
1.2.2	Скошенный керамический наконечник	наличие
1.2.3	Вращение внутреннего тубуса	360 градусов
1.3	Абтуратор в комплекте	наличие
1.4	Автоклавирование	наличие
2	**Рабочий элемент резектоскопа гибридный (биполярный и монополярный), пассивный**	
2.1	Тип	пассивный
2.2	Совместимость с тубусами 24/26 Charr	наличие
2.3	Возможность использования моно - и биполярных инструментов	наличие
2.4	Вращающееся кольцо для большого пальца	наличие
2.5	Титановые рукоятки	наличие
2.6	Автоклавирование	наличие
3	**Оптика с разрешением Full HD, 30 градусов**	
3.1	Рабочая длина	Не менее 300 мм
3.2	Диаметр	4 мм
3.3	Угол зрения	30 градусов
3.4	Подключение к источнику света подходящее для кабелей различных производителей.	наличие
3.5	Разрешение	не менее Full HD
3.6	Автоклавирование	наличие

4	**Кабель для подключения резектоскопа к ЭХВЧ**	
4.1	Для подключения к резектоскопам	Соответствует
4.2	Длина	Не менее 3 м
4.3	Для подключения биполярного инструмента	Соответствует
4.4	Автоклавируемый	Да
5	**Электрод, режущая петля угловая**	
5.1	Для оптики 12/30 градусов	наличие
5.2	Угловой	наличие
5.3	Толщина проволоки 3,5 мм	наличие
5.4	Возможность работы в моно- и биполярном режимах	наличие
5.5	Совместим с тубусом 24 Charr	наличие
5.6	Автоклавирование	наличие

Разработчики:

Начальник отдела по РО _____ Хромова Е.В.

Согласовано

Заместитель заведующего родильного дома _____ Судник Л.А.