БелМТ №839/26
лот 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Наименование предмета закупки: **Мойка ручная двугнёздная со встроенной ультразвуковой ванной.** **4 комплекта.**

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Мойка-стол с двумя ваннами и двумя тумбами под ними.	1
1.2	Генератор ультразвука для ультразвуковой ванны.	1
1.3	Крышка для ультразвуковой ванны.	1
1.4	Пистолет для продувки сжатым воздухом.	1
1.5	Пистолет для промывания деминерализованной водой с набором наконечников.	1
1.6	Сетчатая корзина для ультразвуковой ванны.	1
1.7	Сифон с автоматическим запором для ультразвуковой ванны (управление на уровне поверхности столешницы).	1
1.8	Сифон.	1
1.9	Смеситель с джойстиком для холодной и горячей воды для ультразвуковой мойки.	1
1.10	Смеситель с джойстиком для холодной и горячей воды с вытяжной душевой лейкой.	1
1.11	Средство моющее для применения в ультразвуковой мойке.	10 литров

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
2.1.1	Мойка-стол должна иметь габариты (В х Ш х Г): 960 х 1800 х 710 мм, ±20 мм для каждого из измерений, неделимую столешницу с бортиком у края, обращенного к стене.
2.1.2	Тумбы под ваннами должны быть с распашными дверями и с полками для размещения принадлежностей.
2.1.3	Все части мойки должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

2.1.4	Одна из ванн должна иметь объем 20-25 литров и должна быть предназначена для установки генератора ультразвука.
2.2.1	Генератор ультразвука должен обеспечивать частоту колебаний 35кГц (± 3 кГц), должен иметь таймер и регулятор мощности. Потребление электроэнергии – не более 3 кВт, напряжение питания - 220В.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

БелМТ №839/26
лот 2

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Наименование предмета закупки: **Мойка ручная двугнёздная со встроенной ультразвуковой ванной.** **1 комплект.**

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Мойка-стол с двумя ваннами и тремя тумбами.	1
1.2	Генератор ультразвука.	1
1.3	Крышка для ультразвуковой ванны.	1
1.4	Пистолет для продувки сжатым воздухом.	1
1.5	Пистолет для промывания деминерализованной водой с набором наконечников.	1
1.6	Сетчатая корзина для ультразвуковой ванны.	1
1.7	Сифон с автоматическим запором для ультразвуковой ванны (управление на уровне поверхности столешницы).	1
1.8	Сифон.	1
1.9	Смеситель с джойстиком для холодной и горячей воды.	1
1.10	Смеситель с джойстиком для холодной и горячей воды с вытяжной душевой лейкой.	1
1.11	Средство моющее для обработки гибких эндоскопов в ультразвуковой мойке.	10 литров

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
2.1.1	Мойка-стол должна иметь габариты (В х Ш х Г): 960 х 2700 х 710 мм, ±20 мм для каждого из измерений, неделимую столешницу с бортиком у края, обращенного к стене

2.1.2	Тумбы под ваннами должны быть с распашными дверями и с полками для размещения принадлежностей.
2.1.3	Все части мойки должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
2.1.4	Одна из ванн должна иметь объем 20-25 литров и должна быть предназначена для установки генератора ультразвука.
2.2.1	Генератор ультразвука должен обеспечивать частоту колебаний 35кГц (± 3 кГц), должен иметь таймер и регулятор мощности. Потребление электроэнергии – не более 3 кВт, напряжение питания - 220В.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.