Н/О

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_____ И.С.Абельская
«23» ноября 2026 г.

Техническое задание

Лот № 1	
Наименование товаров (работ, услуг)	Ремонт стоматологической установки KAVO PRIMUS 1058S
Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)	33.14.19.200
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)
Необходимое количество и единица измерения	1 усл.ед.
Срок оказания услуги	В течение 2026 года.
Предназначение предмета закупки или область применения	Учреждения здравоохранения
Описание предмета закупки	Ремонт стоматологической установки KAVO PRIMUS 1058S - учетный номер: зав.№ 1004738, инв. №01375054 включает в себя замену: – бутылку для стоматологической установки KaVo арт. 0.710.4151 или аналог – 1 шт. – защитное покрытие для кресла стоматологического KaVo 1058 арт. 1.001.5845 или аналог – 1 шт. – Ротор для стоматологического наконечника 7000 B/C KaVo арт. 1.000.4772 или аналог – 2 шт. – фильтр сетчатый плевательницы KaVo арт. 0.210.5152 или аналог – 1 шт. – шланг для стоматологической установки KaVo арт. 0.211.1571 или аналог – 1 шт.
Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему	Поставляемые запасные части должны быть новыми.

предоставления гарантий их качества	Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем).
Требования при ремонте медицинской техники	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».

Составители:

Начальник отдела
по обслуживанию медоборудования Марчук Д.В.