ЗАКЛЮЧЕНИЕ (АКТ)

об оценке технического состояния

(об оценке технического состояния и (или) вводе в эксплуатацию)

принадлежащей Государственное Учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь,

(наименование соискателя лицензии (лицензиата))

на праве собственности или ином законном основании медицинской техники, необходимой для оказания заявляемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности

11.11.2026

(число, месяц, год)

№ п/п	Наименование медицинской техники	Тип (марка, исполнение, модель)	Дата выпуска, страна-изготовитель (производитель)	Дата и способ приобретения	Номер регистрационного удостоверения, действовавшего на дату выпуска медицинской техники	Техническое состояние
1	Стоматологическая установка KAVO PRIMUS 1058S	Primus 1058 Life S SN:Зав. № 1004738, Инв. № 01 инв 01375054	2004, Германия		№ ИМ-7.3870/0908	Выявленные дефекты (неисправности, повреждения, поломки); перечень материалов и работ, необходимых для устранения выявленных дефектов в Приложении №1 от 11.11.2026 к Заключению (Акту) технического состояния от 11.11.2026

Исполнитель:
Белорусско-германско-индийское совместное предприятие "Дина Интернешнл" общество с ограниченной ответственностью, 220004, г. Минск, ул. Немига, 40-25/1, р/с № BY61PJCB30120010381000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ № 115, код банка: PJCBBY2X, г. Минск, ул. Кропоткина, 91,, УНП: 100953193, тел.: 8-017-200-50-70, 8-017-200-69-47, 8-017-200-69-25

Заказчик:
Государственное Учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь, 223028, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район агрогородка Ждановичи, р/с № BY20AKBB36049000004055100000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", код банка: AKBBBY2X, пр. Дзержинского, 18, УНП: 100750231, тел.:

Представитель Исполнителя:

Инженер Дроздов С. И.

подпись Должность, ФИО

Руководитель

Директор Сингх В. К.

подпись Должность, ФИО

Представитель Заказчика:

подпись Должность, ФИО

Начальник ООПО Парфуш Д.К.

Приложение № 1 от 11.11.2026
к ЗАКЛЮЧЕНИЮ (АКТУ) об оценке технического состояния от "11.11.2026"

Стоматологическая установка KAVO PRIMUS 1058S, 1004738, инв. № 01375054

Артикул	Дефекты (неисправности, повреждения, поломки); перечень материалов и работ, необходимых для устранения выявленных дефектов
	1. Дефекты (неисправности, повреждения, поломки): Не закрывается носик слюноотсоса. Необходимость замены бутылки . Отсутвует фильтр чаши плевательницы. Замена роторов наконечников. Износ защиты для сиденья. Перечень необходимых материалов и работ для устранения дефектов: – Бутылка для стоматологической установки KaVo. Шланг слюноотсоса KaVo. Роторы для стоматологических наконечников KaVo 7000 B/C. Защитное покрытие для кресла стоматологического 1058 KaVo. Фильтр сетчатый плевательницы KaVo.

Исполнитель

Белорусско-германско-индийское совместное предприятие "Дина Интернешнл" общество с ограниченной ответственностью

М.П. Инженер Дроздов С.И.

должность фио

Заказчик

Государственное Учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь

должность ФИО