БелМТ №987/26

лот 1

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Машина моечно-дезинфекционная	шт.	1
1.2	Верхняя корзина/лафет для подключения инжекторных модулей	шт.	1
1.3	Нижняя корзина/лафет для подключения инжекторных модулей	шт.	1
1.4	Инжекторный модуль для мытья 32 детских бутылочек объёмом 25 – 100 мл	шт.	4
1.5	Инжекторный модуль для мытья 18 детских бутылочек объёмом 50 – 250 мл	шт.	1
1.6	Опорная решетка для инжекторного модуля для мытья детских бутылочек объёмом 25 – 100 мл	шт.	4
1.7	Опорная решетка для инжекторного модуля для мытья детских бутылочек объёмом 50 – 250 мл	шт.	1
1.8	Инжекторное сопло Ø 2,5 х 80 мм	шт.	20
1.9	Вставка-контейнер для латексных сосок	шт.	1
1.10	Шкаф деминерализатора с электронным датчиком	шт.	1
1.11	Сменный комплект ионообменной смолы для деминерализатора	шт.	2
1.12	Моющее жидкое щелочное средство	л	20
1.13	Нейтрализующее жидкое вещество	л	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)

2.1	Непроходная модель с одной откидывающейся дверью для фронтальной загрузки и выгрузки. Низ моющей камеры должен располагаться на высоте не менее 55-60 см от пола.
2.2	Блокировка дверей во время прохождения цикла обработки.
2.3	Наличие агрегата для сушки обрабатываемого изделия путем подачи в камеру и во внутренние полости изделия горячего воздуха.
2.4	Регулировка температуры воздуха во время сушки в пределах 60 - 115°С с шагом 1°С
2.5	Термическая дезинфекция при не ниже- 93°С Встроенная система сушки горячим воздухом с фильтром. Фильтр должен быть установлен непосредственно перед моечной камерой для исключения попадания нежелательных частиц из системы вентиляции, нагрева и шумоподавления
2.6	Наличие системы конденсации пара (парогасителя).
2.7	Микропроцессорное управление. Наличие до 10 стандартных заводских программ мойки, наличие свободных мест под программы, создаваемые пользователем.

2.8	Наличие сенсорной панели управления для простоты управления и легкой гигиенической очистки. Язык управления - русский.
2.9	Наличие сенсорных датчиков вращения разбрызгивающих коромысел.
2.10	Подключение к водопроводу холодной, горячей и дистиллированной воды, канализации.
2.11	Предлагаемый деминерализатор выполнен в едином стиле с моющей машиной (не путать со смягчителем) должен обеспечивать очистку входной воды в объеме не менее 4500 литров с проводимостью на уровне 2-10 pS. Объем ионообменной смолы не менее 20 литров
2.12	Для обеспечения высокого качества ополаскивания, моечно-дезинфекционная машина должна быть оборудована системой контроля электропроводности ополаскивающей воды с возможностью ее настройки на различные пределы. При превышении установленного предела (в случае некачественного ополаскивания) машина должна автоматически повторить цикл ополаскивания.
2.13	Иметь фильтры в системе подачи воды.
2.14	Иметь 4-х ступенчатый фильтр в системе рециркуляции воды.
2.15	Иметь возможность установки температуры в пределах не ниже 93 °С.
2.16	Иметь дозировочные приспособления для одного жидкого моющего и одного нейтрализующего раствора с системами контроля за точностью дозировки. Наличие датчиков уровня моющих веществ в канистре.
2.17	Наличие внутреннего выдвижного отсека для размещения пятилитровых, канистр с моющими веществами, датчики уровня моющего вещества в канистре.
2.18	Электрический способ нагрева.
2.19	Рабочая камера, циркуляционная система, внешняя обшивка изготовлена из нержавеющей стали. Габаритные размеры не более 700х900х850мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.