БелМТ №886/26

1. Состав и техничеекие требования.

Лот 1. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.0-1.5 мм х 2.0-2.5 см	12
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.0-1.5 мм х 3.0-3.5 см	10
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.5-2.0 мм х 2.0-2.5 см	10
1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.5-2.0 мм х 2.5-3.0 см	9
1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	1.5-2.0 мм х 3.5-4.0 см	10
1.6.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.0-2.5 мм х 2.0-2.5 см	30
1.7.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.0-2.5 мм х 4.0-4.5 см	12
1.8.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.0-2.5 мм х 6.0-6.5 см	19
1.9.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.5-3.0 мм х 4.0-4.5 см	20
1.10.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.5-3.0 мм х 6.0-6.5 см	13
1.11.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	2.5-3.0 мм х 8.0-8.5 см	12
1.12.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0-3.5 мм х 4.0-4.5 см	19
1.13.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0-3.5 мм х 6.0-6.5 см	20
1.14.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0-3.5 мм х 8.0-8.5 см	10
1.15.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием	3.0-3.5 мм х 10.0-10.5 см	9

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.15: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145". Форма спирали – ефирическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям.		
1.16.	Система отделения спиралей	60
3. Технические требования для пункта 1.16.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей		

БелМТ №886/26

Лот 2. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка

1. Состав (комплектация) оборудования

№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	3.0-6.0 мм x 6.0-8.0 см	52
1.2.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	3.0-6.0 мм x 10.0-12.0 см	44
1.3.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	3.0-6.0 мм x 14.0-16.0 см	25
1.4.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	6.0-10.0 мм x 18.0-20.0 см	24
1.5.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	6.0-10.0 мм x 28.0-30.0 см	19
1.6.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	10.0-15.0 мм x 28.0-30.0 см	17
1.7.	Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка	10.0-15.0 мм x 35.0-40.0 см	17

2. Технические требования для пункта 1.1.-1.7.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.018". Форма спирали – изменяемая, согласно модели 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикамеитозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям		
1.8.	Система отделения спиралей	50

3. Технические требования для пункта 1.8 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей

БелМТ №886/26

Лот 3. Микропроводники гидрофильные церебральные комбинированные с усиленной поддержкой			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Микропроводник гидрофильный церебральный комбинированый с усиленной поддержкой	0.012/0.014 дюйма	475
2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Микропроводник комбинированный с усиленной поддержкой (жестким телом) должен иметь наружный диаметр 0.012" дистальной части и 0.014" проксимальной части микропроводника 2.2. Общая длина микропроводника не менее 200 см 2.3. Длина гибкой дистальной части микропроводника имеющая наружный диаметр 0.012" не менее 30 мм, тип кончика – прямой, мягкий, с возможностью моделирования формы, рентгеноконтрастный маркер длинной 50-60 мм. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника не менее 40 см 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микроироводника, устройство управления микронроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан			

БелМТ

Лот 4. Катетеры направляющие (проводниковые)			
1. Состав (комплектация) оборудования			
№	Наименование	Модель	Общее кол-во
1.1.	Катетеры направляющие (проводниковые)	7F	850
1.2.	Катетеры направляющие (проводниковые)	8F	1100
2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Внутренний диаметр для катетеров 7F – не менее 0.079", для катетеров 8F – не менее 0.088" 2.2. Длина катетера – 90–100 см 2.3. Катетер должен иметь посегментно мягкий атравматичный кончик (Soft tip) с кривизной – «Multipurpose», «40°», «SR», «Short right» или «Angled». 2.4. Катетер должен быть предназначен для катетеризации периферических (в т. ч. экстракраниальных отделов брахиоцефальных) артерий.			

Примечание (ко всем лотам): Участник, признанный победителем по результатам торгов и ранее не поставлявший в Учреждения здравоохранения Реснублики Беларусь данных изделий медицинского назначения (ИМН), должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя, правилам (особенностям) пользования (применения) ИМН, (подтверждается обязательством).

Требования предъявляемые к сроку годности (стерильности): согласно аукционным документам.