Приложение

Стол общехирургический с принадлежностями

(основные технические характеристики, параметры и комплектация):

Комплект поставки:

стол общехирургический ОК-ТЕТА ПЛЮС – 2 штуки;
комплект КПП-11 для урологии – 2 штуки;
комплект КПП -15 для операций с верхним позиционированием руки – 2 штуки;
комплект КПП-26 для позиционирования головы на кольцевых подголовниках – 2 штуки;
комплект КПП-40 подушка для ног пациента – 1 штука;
тележка медицинская для перевозки больных ТБП-01 – 1 штука;
подушка полукруглая – 2 штуки.

Наименование характеристики	**значение**
Минимальная высота поверхности стола (без подушек), не более	650 мм
Максимальная высота поверхности стола (без подушек), не менее	1050 мм
Длина стола, не менее	2150 мм
Длина стола без головной и ножной секций, не менее	1150 мм
Ширина панели стола, не менее	540 мм
Ширина стола по направляющим, не менее	590 мм
Высота основания стола, не более	140 мм
Длина основания стола, не более	1050 мм
Ширина основания стола, не более	560 мм
Ширина основания стола в районе колонны, не более	435 мм
Продольный наклон панели (Тренделенбург/анти-Тренделенбург), не менее	-30°/+30°
Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее	+70°/-40°
Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-35°
Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее	+30°/-90°
Боковой наклон панели стола, не менее	20°/20°
Сдвиг панели стола в продольном направлении, не менее	320 мм
Высота подъема встроенного почечного валика, не менее	нет

Высота подъема подушек при изломе спинной секции, не менее	105 мм
Безопасная рабочая нагрузка стола	220 кг
Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола	270 кг
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), не более	260 кг

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим в Республике Беларусь санитарным правилам и нормам. Соответствовать стандартам электробезопасности (CE).

Поставщик вместе с товаром предоставляет Покупателю документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Наличие сервисного центра по ремонту и обслуживанию обязательно.

Ответственный исполнитель:
Заведующий филиалом унитарного
предприятия «Табак» «Медицинский центр» Кухлей Н.С.