Авторизованный сервисный центр ООО «Медтехноинвест»

PENTAX MEDICAL

АКТ № 0296-1/26 от «12» ноября 2026 г.
о проведении детальной диагностики

Владелец оборудования (пользователь)			
Наименование организации:	ГУ «Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь»		
Почтовый адрес:	223028, Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5		
Телефон, E-mail:			
Контактное лицо:			
Информация об оборудовании			
Модель:	Видеогастроскоп EG29-i10	Серийный номер:	Q00Y1A2639
Комплектация:	Коробка - 1 шт., 0179029		
Количество подключений:	1655		

Перечень дефектов

1	Герметичность (тест на утечку)	Негерметичен
2	Состояние рубашки трубки вводимой	Износ лакового покрытия рубашки трубки вводимой
3	Состояние изгибаемой части, дистального конца	Механическое повреждение изгибаемой части и резины изгибаемой
4	Состояние фиброволокна/ПЗС матрицы (изображения)	Изображение в норме
5	Состояние рубашки шнура универсального	Износ лакового покрытия рубашки шнура универсального
6	Состояние углов поворота	Углы поворота не соответствуют заводским, износ нитей шкивов поворота верх/низ и лево/право
7	Состояние световода (оптоволокна подсветки)	Светопропускаемость 95/95 %
8	Состояние рукоятки управления, коннектора	Механическое повреждение кноки №1 и корпуса кнопки № 2, 3, 4 в рукоятке управления
9	Состояние каналов	Норма

Заключение

Требуется ремонт средней категории сложности.
*Рекомендуемый перечень запчастей содержит список подверженных дефекту/коррозии, включая вышедших из строя (поврежденных) запчастей, а также сопутствующих запчастей при ремонте.
При выполнении ремонта будут использованы новые оригинальные запчасти совместимые с данной моделью эндоскопа.
Гарантия на заменённые блоки и узлы составляет 6 месяцев.

Рекомендуемый перечень запчастей для выполнения ремонта*

№	Название	Кол.
1	Шкив поворота верх/низ в сборе	1

2	Шкив поворота лево/право в сборе	1
3	Кнопка управления #1	1
4	Корпус кнопки управления (2)	1
5	Корпус кнопки управления (3)	1
6	Корпус кнопки управления (4)	1
7	Резина изгибаемой части	1

Акт составил

Инженер по медицинскому оборудованию		Деконский П.Ч.
(Должность)	*(Подпись)*	*(Расшифровка подписи)*

С перечнем дефектов ознакомлен

Начальник ООТО		Петруш Д.Л.
(Должность)	*(Подпись)*	*(Расшифровка подписи)*