лот 1

Общество с дополнительной ответственностью
«ГЕОЛ-М»

Таварыства з дадатковай адказнасцю
«ГЕОЛ-М»

Юридический адрес: 220062, г. Минск, пр-т Победителей, 127, офис 324 УНН 101477774
P/c IBAN BY05PJCB30120488381000000933 "Приорбанк" ОАО, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, BIC PJCBBY2X
тел/факс: (017) 318 06 32, 318 06 33, 318 06 34; Сервисный центр: (017) 254 52 59
e-mail: info@geolm.com сайт: www.geolm.com

Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

Заключение о техническом состоянии от 28.09.2026

При проведении дефектации видеогастроскопа GIF-H190 № 2470918 инв № 01379111 производства компании Olympus Medical Systems Corporation., нашими специалистами были выявлены следующие неисправности:

– перфорация инструментального канала.

Сообщаем что случай не является гарантийным, т.к. произошел в следствии механического повреждения инструментального канала.

Требуется проведение капитального ремонта с заменой:

- биопсийный канал (арт. FL00732) – 1 шт.,
- резина изгибаемого отдела/ дистальная оболочка (арт. MF20425) – 1 шт.

Срок выполнения работ: в течении 40 рабочих дней с даты подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту и передачи оборудования Исполнителю.

Срок гарантии: 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки работ.

Директор А.В. Семенюк

Инженер по обсл. оборуд. В.А. Соломатов