Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот№202 Контрольный материал для гематологических анализаторов серии «XS-800i» производства SYSMEX CORPORATION, Япония

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Контрольный материал низкого уровня	флакон	68
2	Контрольный материал нормального уровня	флакон	68
3	Контрольный материал высокого уровня	флакон	68

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 предлагаемые контрольные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования, что подтверждается «Руководством пользователя» гематологического анализатора **«XS-800»** производства **«Sysmex Corporation» (Япония)**, или быть аттестованы для применения на данной аналитической системе (подтверждено документально);

2.2 должны быть аттестованы по основным аналитам, которые исследуются на аналитической системе;

2.3 из расчета 1 флакон не менее 1,5 мл;

2.4 обеспечивать стабильность вскрытого флакона контрольного материала в течение срока, указанного в инструкции по применению;

2.5 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.6 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем;

3.2. условия хранения и транспортировки должны соответствовать маркировке товара;

3.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов в части применения и получения некорректных результатов.