БелМТ №091/26
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	колличество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs-антигена вируса гепатита В	исследования	9984
2.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления специфических суммарных антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С	исследования	9984

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности товара должен быть не менее 8 месяцев.

БелМТ №091/26
лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

2. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBs-антигена вируса гепатита В	исследования	288
2.	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С	исследования	384
3.	Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антител к HBs-антигену вируса гепатита В	исследования	576

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности товара должен быть не менее 8 месяцев.

БелМТ №091/26
лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

3. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В.	исследования	192
2.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В.	исследования	192
3.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBe-антигена	исследования	192
4.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к HBe-антигену	исследования	192

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности товара должен быть не менее 8 месяцев.

БелМТ №091/26
лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для выявления антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке или плазме крови методом ИФА	исследования	384
2	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов	исследования	384
3	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 6 типа	исследования	192

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
4	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	исследования	96
5	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Aspergillus в сыворотке (плазме) крови	исследования	96

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
6	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пепсиногена 1	исследования	96
7	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пепсиногена 2	исследования	96

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи	исследования	192
2.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи	исследования	192
3.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii.	исследования	192
4.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii	исследования	192
5.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу	исследования	192
6.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу	исследования	192

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита	исследования	288
2.	Набор реагентов для выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита	исследования	288
3.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов	исследования	384
4.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов	исследования	384

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для выявления антител класса IgG к антигенам токсокар	исследования	192
2.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов	исследования	192
3.	Набор реагентов для выявления антител класса IgG к антигенам трихинелл	исследования	192
4.	Набор реагентов для выявления антител класса IgG к антигенам аскарид	исследования	192
5.	Набор реагентов для выявления антител класса IgA, M, G к антигенам лямблий	исследования	192
6.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам лямблий	исследования	192
7.	Набор реагентов для выявления антител класса IgG к антигенам эхинококка однокамерного	исследования	192

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к Chlamydophila pneumoniae	исследования	96
2.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniae	исследования	96
3.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса М к Mycoplasma pneumoniae	исследования	96
4.	Набор реагентов для выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma pneumoniae	исследования	96

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для выявления антител класса IgM к Chlamydia trachomatis в сыворотке или плазме крови	исследования	288
2.	Набор реагентов для выявления антител класса IgG к Chlamydia trachomatis в сыворотке или плазме крови	исследования	288
3.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis	исследования	96
4.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis	исследования	96
5.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis	исследования	96
6.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Trichomonas vaginalis	исследования	96
7	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum	исследования	96
8.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum	исследования	96

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для определения хромогранина	исследования	480

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 13

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для выявления циркулирующего галактоманнанового антигена Aspergillus	исследования	96
2.	Набор реагентов для выявления циркулирующего маннанового антигена грибов рода Candida	исследования	96

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 14

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для определения суммарных антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов	исследования	7680

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности товара должен быть не менее 8 месяцев.

БелМТ №091/26
лот 15

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum.	исследования	11136

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 16

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

2. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса IgM к Treponema pallidum	исследования	96

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 17

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п-п	Наименование подлежащих закупке товара	Единица измерения	количество
1.	Образцы сывороток, содержащих и не содержащих антитела к Treponema pallidum	мл	Не менее 6.4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP;

2.2 Должны быть предназначены для контроля качества (оценка правильности) иммуноферментного анализа (ИФА) на суммарные антитела и иммуноглобулины класса G к Treponema pallidum;

БелМТ №091/26
лот 18

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для качественного и количественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для качественного и количественного иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори	исследования	384

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 19

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для иммуноферментного определения катехоламинов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного определения метанефрина	исследования	192
2.	Набор реагентов для иммуноферментного определения норметанефрина	исследования	192

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Тесап "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №091/26
лот 20

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) реагентов для иммуноферментного определения 5-гидроксииндолуксусной кислоты

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	количество
1.	Набор реагентов для иммуноферментного определения 5-гидроксииндолуксусной кислоты	исследования	192

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Реагенты должны быть совместимы для работы на полуавтоматическом иммуноферментном анализаторе Tecan "Sunrise" и автоматическом ИФА анализаторе DIALISA 4MP.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.