лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) концентратов диализирующих растворов, жидких (готовых к применению), щелочных компонентов (В)

1.1. Концентрат солей для приготовления бикарбонатного диализирующего раствора должны представлять собой бесцветную, гарантированную от бактериальной контаминации прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

1.2. Концентрат солей для бикарбонатного диализа должен поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме от 6 до 10 л, с наличием цветовой маркировки (компонент В - синий).

1.3. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности:

- уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;
- размер горловины не менее 4 см в диаметре;
- наличие ручки для возможности переноса тары с места на место;
- форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками.

1.4. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

1.5. Щелочной компонент (В) для бикарбонатного диализа состоит из чистого бикарбоната натрия.

1.6. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентрата в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/34 (1/35) должен быть следующим:

Наименование	**Содержание ионов, ммоль/л**							
	Na^+	K^+	глюк	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3	CH_3COO
Бикарбонатный компонент	1000						1000	

1.7. Жидкий концентрат солей для бикарбонатного гемодиализа должен быть совместим с применяемыми аппаратами «искусственная почка»:

- фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S; АК-100Ultra, АК-200Ultra;
- фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (B, C, H, S), 5008.

1.8. Количество:

- компонент В – **129 354 л** готового раствора.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно документам.

МТ №994/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) концентратов диализирующих растворов, жидких (готовых к применению), кислотных компонентов (А), со стандартным ионным составом.

1.1. Концентрат солей для приготовления диализирующего раствора должен представлять собой бесцветную, гарантированную от бактериальной контаминации прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

1.2. Концентрат диализирующего раствора, кислотный компонент (А), со стандартным ионным составом должен поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме от 6 до 10 л, с наличием цветовой маркировки (компонент А – красный).

1.3. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности:

- уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;
- размер горловины не менее 4 см в диаметре;
- наличие ручки для возможности переноса тары с места на место;
- форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками.

1.4. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

1.5. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа должны входить следующие химически чистые соли:

- кальций хлористый;
- магний хлористый;
- калий хлористый;
- натрий хлористый;
- уксусная кислота или диацетат натрия.

1.6. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/34 должен быть следующим:

Наименование	**Содержание ионов, ммоль/л**							
	Na^+	K^+	глюк	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3	CH_3COO
Диализирующий раствор	135-140	2,0-3,0	0-11	1,25-1,75	0,5-1,0	100-120	32-34	2,0-6,0

1.7. Жидкий концентрат солей для бикарбонатного гемодиализа должен быть совместим с применяемыми аппаратами «искусственная почка»:

- фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S; АК-100Ultra, АК-200Ultra;
- фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (B, C, H, S), 5008.

1.8. Количество:

- компонент А, со стандартным ионным составом – **32 244 л** готового раствора.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно документам.

МТ №994/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) концентратов диализирующих растворов, жидких (готовых к применению), кислотных компонентов (А), со сниженным содержанием кальция.

1.1. Концентрат солей для приготовления диализирующего раствора должен представлять собой бесцветную, гарантированную от бактериальной контаминации прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

1.2. Концентрат диализирующего раствора, кислотный компонент (А), со сниженным содержанием кальция должен поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме от 6 до 10 л, с наличием цветовой маркировки (компонент А – красный).

1.3. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности:

- уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;
- размер горловины не менее 4 см в диаметре;
- наличие ручки для возможности переноса тары с места на место;
- форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками.

1.4. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

1.5. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа со сниженным содержанием кальция должны входить следующие химически чистые соли:

- кальций хлористый;
- магний хлористый;
- калий хлористый;
- натрий хлористый;
- уксусная кислота или диацетат натрия.

1.6. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/34 должен быть следующим:

Наименование	**Содержание ионов, ммоль/л**							
	Na^+	K^+	глюк	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3	CH_3COO
Диализирующий раствор	135-140	2,0-3,0	0-11	1,25-1,5	0,5-1,0	100-120	32-34	2,0-6,0

1.7. Жидкий концентрат солей для бикарбонатного гемодиализа со сниженным содержанием кальция должен быть совместим с применяемыми аппаратами «искусственная почка»:

- фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S; АК-100Ultra, АК-200Ultra;
- фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (B, C, H, S), 5008.

1.8. Количество:
- компонент А, со сниженным содержанием кальция – **7 620 л** готового раствора.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно документам.

МТ №994/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) концентратов диализирующих растворов, жидких (готовых к применению), кислотных компонентов (А), с глюкозой.

1.1. Концентрат солей для приготовления диализирующего раствора должен представлять собой бесцветную, гарантированную от бактериальной контаминации прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

1.2. Концентрат диализирующего раствора, кислотный компонент (А), с глюкозой должен поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме от 6 до 10 л, с наличием цветовой маркировки (компонент А – красный).

1.3. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности:

- уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;
- размер горловины не менее 4 см в диаметре;
- наличие ручки для возможности переноса тары с места на место;
- форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками.

1.4. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

1.5. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа с глюкозой должны входить следующие химические вещества:

- кальций хлористый;
- магний хлористый;
- калий хлористый;
- натрий хлористый;
- уксусная кислота или диацетат натрия;
- глюкоза.

1.6. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/34 должен быть следующим:

Наименование	**Содержание ионов, ммоль/л**							
	Na^+	K^+	глюк	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3	CH_3COO
Диализирующий раствор	135-140	2,0-3,0	1-11	1,25-1,75	0,5-1,0	100-120	32-34	2,0-6,0

1.7. Жидкий концентрат солей для бикарбонатного гемодиализа с глюкозой должен быть совместим с применяемыми аппаратами «искусственная почка»:

- фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S; АК-100Ultra, АК-200Ultra;
- фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (B, C, H, S), 5008;

1.8. Количество:

- компонент А, с глюкозой – **84 108 л** готового раствора;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно документам.

МТ №994/26

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) концентратов диализирующих растворов, жидких (готовых к применению), кислотных компонентов (А), с повышенным содержанием калия.

1.1. Концентрат солей для приготовления диализирующего раствора должен представлять собой бесцветную, гарантированную от бактериальной контаминации прозрачную жидкость без механических примесей и дополнительных включений.

1.2. Концентрат диализирующего раствора, кислотный компонент (А), с повышенным содержанием калия должен поставляться в герметичной пластиковой таре в объеме от 6 до 10 л, с наличием цветовой маркировки (компонент А – красный).

1.3. Конструкция тары должна предусматривать следующие особенности:

- уплотнительная крышка с наличием стопорящего саморазрушаемого механизма фиксации для контроля плотности закрытия;
- размер горловины не менее 4 см в диаметре;
- наличие ручки для возможности переноса тары с места на место;
- форма дна, обеспечивающая максимальную устойчивость и практически полное высасывание раствора используемыми в аппаратах заборниками.

1.4. На таре, в которой поставляются концентраты для гемодиализа, должна быть представлена информация о типе солей, химическом составе, номере партии и сроке годности.

1.5. В кислотный компонент (А) для бикарбонатного диализа с повышенным содержанием калия должны входить следующие химически чистые соли:

- кальций хлористый;
- магний хлористый;
- калий хлористый;
- натрий хлористый;
- уксусная кислота или диацетат натрия.

1.6. Ионный состав готового диализирующего раствора после разведения концентратов в аппарате «искусственная почка» в соотношении с водой 1/34 должен быть следующим:

Наименование	**Содержание ионов, ммоль/л**							
	Na^+	K^+	глюк	Ca^{++}	Mg^{++}	Cl^-	HCO_3	CH_3COO
Диализирующий раствор	135-140	3,0	0-11	1,25-1,5	0,5-1,0	100-120	32-34	2,0-6,0

1.7. Жидкий концентрат солей для бикарбонатного гемодиализа с повышенным содержанием калия должен быть совместим с применяемыми аппаратами «искусственная почка»:

- фирмы Gambro (Швеция) – АК-96, АК-90S; АК-100Ultra, АК-200Ultra;
- фирмы Fresenius (Германия) – серия 4008 (B, C, H, S), 5008.

1.8. Количество:
- компонент А, с повышенным содержанием калия – **10 074 л** готового раствора.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно документам.