*Приложение 1*
*к объединенной заявке*
*на закупку медицинских изделий*

**ОПИСАНИЕ**
**потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

ЛОТ №1.Реагенты для полуавтоматического химического анализатора мочи

| Наименование | Состав | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| Лот 1. Реагенты для полуавтоматического химического анализатора мочи | 1.Тест-полоски для анализа мочи по 10 параметрам: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pH. | штук | 13 000 штук |

2 Технические требования:

2.1. Предлагаемые расходные и контрольные материалы должны быть совместимы с анализатором мочи DIRUI серии H, Dirui Industrial Co., Ltd., Китай, что должно быть подтверждено документально, либо могут быть предложены аналогичные расходные и контрольные материалы с предоставлением анализатора другого производителя, поставляемого по договору безвозмездного пользования (аренды), в количестве 2 единиц.

| **2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:** | |
|---|---|
| 2.2.1 | Должен обеспечивать работу для качественного и полуколичественного анализа физико-химических свойств мочи в полуавтоматическом режиме |
| 2.2.2 | Определяемые параметры: уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкоза, удельный вес, pH. |
| 2.2.3 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.4 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| 2.2.5 | Встроенный принтер для печати результатов |