Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 388-16-48

Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 64
Тел. +375 17 355-61-97

Дефектный акт № 753 от 16.09.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:

бокс изолирующий Isocyt freja, серийный номер 2894

2. Выявленные неисправности:

Поломка механизма запирания откидной двери для загрузки препаратов.

3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:

Ремонт с заменой пластины привода механизма запирания двери.

4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:

Пластина привода BTM-FR16102026 - 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Саламатин Е. Ю.

Подпись

Представитель «Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"»

Должность, ФИО

Подпись