Приложение 1

Лоты 1 - 4.

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Катетер мочеточниковый с открытым концом -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Рабочая длина – не менее 70см

2.2.Наличие рентген-контрастный маркеров на всей рабочей длине катетера

2.3.Растояние между рентген-контрастными маркерами 1 см

2.4.Изготовлен из рентген-контрастного материала

2.5.Наличие гидрофильного покрытия катетера

2.6.Наличие полужесткого мандрена для установки

2.7.Стерилен, однократного применения, не токсичен, не содержит фталаты

2.8. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем.

Лоты 5 - 7.

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Катетер мочеточниковый с закрытым концом -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Рабочая длина – не менее 70см

2.2.Наличие рентген-контрастный маркеров на всей рабочей длине катетера

2.3.Растояние между рентген-контрастными маркерами 1 см

2.4.Изготовлен из рентген-контрастного материала

2.5.Наличие гидрофильного покрытия катетера

2.6.Закрытый закругленный атравматический кончик

2.7.Наличие полужесткого мандрена для установки

2.8.Стерилен, однократного применения, не токсичен, не содержит фталаты

2.9. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по урологии О.Е. Баюн