Лоты 1 - 8.

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Стент мочеточниковый (открытый конец) -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Назначение – для обеспечения долгосрочного дренажа из лоханки в мочевой пузырь (не менее 3-х месяцев)

2.2.Компоненты набора – стент, толкатель, направляющая струна – проводник

2.3.Материал и покрытие стента должны обеспечивать долгосрочное применение стента (не менее 3-х месяцев) без риска инкрустации и камнеобразования

2.4.Наличие на стенте рентген-контрастных меток для обеспечения точного позиционирования

2.5.Стент должен быть изготовлен из биосовместимого материала

2.6.материал стента должен обеспечивать соответствие формы стента анатомии мочеточника при достижении температуры тела

2.7.Материал стента должен обеспечивать надежное сохранение обоих витков в форме PigTail

2.8.Материал стента – рентген-контрастный

2.9.Поверхность стента должна иметь гидрофильное покрытие

2.10.Кончик стента должен иметь коническую атравматическую форму с открытым кончиком

2.11.Наличие дополнительных дренажных отверстий на концах PigTail

2.12.Стент не должен вызывать эпителиальных разрушений

2.13. Проводник не менее 0,035inch, длина проводника не менее 110 см

2.14.Длина толкателя не менее40см, толкатель должен иметь рентген-контрастную метку

2.15.Стерилен, предназначен для однократного применения

2.16. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем.

Лоты 9 - 14.

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Стент мочеточниковый (закрытый конец) -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Назначение – для обеспечения долгосрочного дренажа из лоханки в мочевой пузырь (не менее 3-х месяцев)

2.2.Компоненты набора – стент, толкатель, направляющая струна – проводник

2.3.Материал и покрытие стента должны обеспечивать долгосрочное применение стента (не менее 3-х месяцев) без риска инкрустации и камнеобразования

2.4.Наличие на стенте рентген-контрастных меток для обеспечения точного позиционирования

2.5.Стент должен быть изготовлен из биосовместимого материала

2.6.материал стента должен обеспечивать соответствие формы стента анатомии мочеточника при достижении температуры тела

2.7.Материал стента должен обеспечивать надежное сохранение обоих витков в форме PigTail

2.8.Материал стента – рентген-контрастный

2.9.Поверхность стента должна иметь гидрофильное покрытие

2.10.Кончик стента должен иметь коническую атравматическую форму с открытым кончиком

2.11.Наличие дополнительных дренажных отверстий на концах PigTail

2.12.Стент не должен вызывать эпителиальных разрушений

2.13. Проводник не менее 0,035inch, длина проводника не менее 110 см

2.14.Длина толкателя не менее 40см, толкатель должен иметь рентген-контрастную метку

2.15.Стерилен, предназначен для однократного применения

2.16. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем.

Лоты 15-16

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Катетер
1.2. Проводник
1.3.Толкатель катетера
1.4.Фиксирующмй зажим и резиновая втулка для цистоскопа

2.Технические характеристики:

2.1. Гладкий закругленный кончик со стороны почки
2.2. Дренажные отверстия с внутренней стороны закругленного кончика
2.3.Отметки длинны каждые 5 см на прямой части катетера
2.4.Рентгенокантрастный.
2.5.Закругление со стороны мочевого пузыря -2 мм
2.6. Двойная стерильная упаковка
2.7. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем.

Лоты 17-18

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1.Катетер нефростомический
1.2.Выпрямитель
1.3.Коннектор для мочеприёмника
1.4.Краник трёхходовой
1.5.Фиксирующая муфта
1.6.Скальпель

2.Технические характеристики:

2.1. Тип катетера -j-тип
2.2. Покрытие катетера гидрофобное
2.3. Длиной не менее 28см
2.4. Наличие коннектора для мочеприемника
2.5. Закругленный кончик
2.6. Рентгеноконтрасный
2.7. Двойная стерильная упаковка
2.8. Срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 60% от срока годности установленного производителем.

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по урологии О.Е. Баюн