Приложение 1

Лоты 1 - 13.

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Катетер Фолея двухходовой -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Материал – латекс с силиконовым покрытием (силикон)

2.2.Стерилен, предназначен для однократного применения

2.3.Закрытый закругленный атравматичный кончик

2.4.Прочный и симметричный шаровидный баллон

2.5.Усиленная и неперекручивающаяся стенка катетера

2.6.Маркировка размера катетера, объема баллона и материала изготовления на самом катетере.

2.7.Эластичный клапан баллона катетера, исключающий утечку жидкости из баллона

2.8.Прочный воронкообразный коннектор для подключения мочеприемника

2.9.Срок годности не менее 5 лет.

Лоты 14-21.

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Катетер Фолея трехходовой -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Материал – латекс с силиконовым покрытием (силикон)

2.2.Стерилен, предназначен для однократного применения

2.3.Закрытый закругленный атравматичный кончик

2.4.Прочный и симметричный шаровидный баллон

2.5.Усиленная и неперекручивающаяся стенка катетера

2.6.Маркировка размера катетера, объема баллона и материала изготовления на самом катетере.

2.7.Эластичный клапан баллона катетера, исключающий утечку жидкости из баллона

2.8.Прочный воронкообразный коннектор для подключения мочеприемника

2.9.Срок годности не менее 5 лет.

Разработчик технических требований:

Главный внештатный специалист
по урологии О.Е. Баюн