Приложение 1

Лот 1 - 6

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. .Лента диаграммная -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Должна быть изготовлена на теплочувствительной бумаге

2.2.Цвет - белый

2.3.Структура должна быть однородной по всей длине рулона

2.4.Диаграммная сетка должна быть четко пропечатана и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги

2.5. Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя

2.6.Наличие метки, обозначающей приближение конца ленты

2.7.Диаграммная сетка, знаки, буквы, цифры, метка должны быть нанесены краской, устойчивой к воздействию температуры в диапазоне от -50 до +70 С°, при относительной влажности воздуха от 30 до 85%

2.8.Лента диаграммная должны быть закреплена в рулоне, таким образом, который исключает самопроизвольное разматывание.

2.9.Архивируемость должна быть не менее 5 лет

2.10.Предельное отклонение по длине не должно превышать ±0,5м

Лот 7-13

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. .Лента диаграммная -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Лента диаграммная (Z сложения) должна быть сфальцована в пачки

2.2.Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки

2.3.Цвет - белый

2.4.Структура должна быть однородной по всей длине пачки

2.5.Должна быть изготовлена на теплочувствительной бумаге

2.6.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя

2.7.Наличие метки, обозначающей приближение конца ленты

2.8.Диаграммная сетка должна быть четко пропечатана и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги

2.9.Диаграммная сетка, знаки, буквы, цифры, метка должны быть нанесены краской, устойчивой к воздействию температуры в диапазоне от -50 до +70 С°, при относительной влажности воздуха от 30 до 85%

2.10.Архивируемость должна быть не менее 5 лет

Лот 14-15

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. .Термобумага -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1.Термобумага (Z сложения) должна быть сфальцована в пачки

2.2.Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки

2.3.Структура должна быть однородной по всей длине пачки

2.4.Должна быть изготовлена на теплочувствительной бумаге

2.5.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя

2.6.На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (черный квадратик)

2.7.Диаграммная сетка должна быть четко пропечатана и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги

2.8.Архивируемость должна быть не менее 5 лет

Лот 16

1.Состав (комплектация) (один комплект):

1.1. Лента для видеопринтера УЗИ -1шт.

2.Технические характеристики:

2.1 Тип носителя – термрпленка для печати, высокого класса
2.2.Ширина ленты -110мм
2.3.Дляна ленты в рулоне – не менее 20м
2.4.Основа –термопленка, реагирующая на нагревание
2.5.Рулон рассчитан примерно на 215 снимков формата А6.

Лот 17
1.Состав (комплектация) (один комплект):
1.1. .Термобумага -1шт.
2.Технические характеристики:
2.1.Термобумага (Z сложения) должна быть сфальцована в пачки
2.2.Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки
2.3.Структура должна быть однородной по всей длине пачки
2.4.Должна быть изготовлена на теплочувствительной бумаге
2.5.Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя
2.6.На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (черный квадратик)
2.7.Диаграммная сетка должна быть четко пропечатана и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги
2.8.Архивируемость должна быть не менее 5 лет

Разработчик технических требований:
Главный внештатный специалист
по функциональной диагностике  С.Г.Ефимович