Приложение 1

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Иглы медицинские (спинальные) для УЗ Гомельской области

1. *Состав (комплектация) медицинских изделий:*

Номер и наименование ЛОТа	***Размер / состав***	***Количество***
ЛОТ №2 Игла для спинномозговой пункции (с острозаточенным ланцетовидным срезом «Квинке»)	18G	1 100 штук
	19G	500 штук
	20G	2 050 штук
	21G	1 900 штук
	22G	5 200 штук
	23G	7 000 штук
	24G	4 300 штук
	25G (в комплекте с иглой-проводником)	8 850 штук
	26G (в комплекте с иглой-проводником)	1 900 штук
	27G (в комплекте с иглой-проводником)	850 штук
ЛОТ №3 Игла для спинномозговой пункции (с карандашным кончиком PENCIL-POINT)	22G	1 300 штук
	25G (в комплекте с иглой-проводником)	5 300 штук
	26G (в комплекте с иглой-проводником)	2 500 штук
	27G (в комплекте с иглой-проводником)	1 250 штук

2. *Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»*

ЛОТ №2 **Игла для спинномозговой пункции (с острозаточенным ланцетовидным срезом «Квинке»)**
2.1. Длина иглы спинальной должна быть от 85мм до 100мм. 2.2. Тип среза иглы «Quincke». 2.3. Наличие прозрачного павильона для визуализации жидкости. 2.4. Цветовая маркировка проводника (мандрена) для быстрого определения размера иглы. 2.5. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
ЛОТ №3 **Игла для спинномозговой пункции (с карандашным кончиком PENCIL-POINT)**
2.1. Длина иглы спинальной должна быть от 85мм до 100мм. 2.2. Тип среза иглы «Pencil-Point». 2.3. Наличие прозрачного павильона для визуализации жидкости. 2.4. Цветовая маркировка проводника (мандрена) для быстрого определения размера иглы. 2.5. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.