Приложение 2

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по обеспечению социальной политики
_____ В.В.Троцюк
10 .11.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку гусеничного лестничного подъемника с платформой для лиц с ограниченными возможностями.

Код по ОКРБ 007-2012: **28.22.11.300**

Область применения – ОЦ «Дудинка» МСЧ.

Технические характеристики (описание) гусеничного лестничного подъемника с платформой для лиц с ограниченными возможностями

1. Общие требования.

1.1. Область применения – подъем и спуск лиц с ограниченными возможностями по лестничному маршу (1–4 этаж) медико-восстановительного центра ОЦ «Дудинка» МСЧ.

1.2. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.2.1.	Гусеничный лестничный подъемник с установленным блоком аккумуляторных батарей	шт.	1
1.2.2.	Платформа для размещения инвалидных колясок (универсальное приспособление, позволяющее устанавливать на подъемник все виды инвалидных колясок)	шт.	1
1.2.3.	Рулевая колонка с основанием, фиксатором кресла-коляски, подголовником и ремнём безопасности	шт.	1
1.2.4.	Съемная опора под кресло-коляску	шт.	1
1.2.5.	Зарядное устройство	шт.	1
1.2.6.	Предохранитель 40А	шт.	1
1.2.7.	Ключ включения	шт.	2
1.2.8.	Ключ для механического аварийного спуска подъемника до лестнечной площадки	шт.	1
1.2.9.	Электрический кабель со штекером и кнопкой управления для аварийного спуска подъемника до лестничной площадки	шт.	1
1.2.10.	Видеодиск обучения сборки и движению	шт.	1
1.2.11.	Руководство по эксплуатации	шт.	1

2. Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1.	Общие габаритные размеры, мм	не более 1450х650х1030
2.2.	Общий вес, кг	не более 50
2.3.	Грузоподъемность, кг	не менее 155
2.4.	Электроустановка	наличие
2.4.1.	Двигатель постоянного тока, Вт	не менее 300

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.4.2.	Потребление, А	не более 20
2.4.3.	Зарядное устройство	220В переменный ток
2.4.4.	Батарея герметически запаянная (необслуживаемая)	2 х 12В 12Ah
2.4.5.	Время перезарядки батарей	не более 8 часов при полностью разряженных батареях
2.4.6.	Предохранитель внешний/внутренний	40А/5А
2.5.	Тяговая установка	наличие
2.5.1.	Редуктор червячный	соотношение 1/100
2.5.2.	Резиновая гусеница	HTD-8M
2.5.3.	Шкивы приводные	Z=40
2.5.4.	Система натяжения шкивов	наличие
2.5.5.	Колеса для движения по прямолинейному участку	не менее 4
2.5.6.	Дополнительное выдвижное колесо (опора)	не менее 2
2.6.	Эксплуатационные характеристики:	
2.6.1.	Направление движения вперёд/назад	наличие
2.6.2.	Скорость движения (подъем/спуск) м/мин.	3-8
2.6.3.	Вместимость	1 чел. в кресле-коляске
2.6.4.	Количество преодолеваемых ступеней	до 800 (40 этажей)
2.6.5.	Запас хода при срабатывании индикатора разряда аккумуляторных батарей	до 50 ступеней (2-3 этажа)
2.6.6.	Высота преодолеваемых ступеней, мм	100-180
2.6.7.	Максимальный уклон лестницы	не более 35 градусов
2.6.8.	Минимальный размер площадки для разворота на 90градусов, мм	не более 1100 х 1100
2.6.9.	Минимальный размер площадки для разворота на 180градусов, мм	не более 1100 х 1850
2.7.	Управление	
2.7.1.	Переключатель хода (вперёд/назад)	наличие
2.7.2.	Переключатель движения выдвижного колеса (опоры) вверх/вниз	наличие
2.8.	Сигнализационные элементы	наличие
2.8.1.	Световой индикатор зелёного цвета	подано электропитание
2.8.2.	Световой индикатор красного цвета (мигающий)	батарея разряжена
2.8.3.	Звуковой сигнал уровня заряда батарей	батарея разряжена
2.9.	Безопасность при эксплуатации	
2.9.1	Автоматический тормоз	наличие
2.9.2.	Предохранительный фиксатор рулевой колонки	наличие
2.9.3.	Ремень безопасности	наличие
2.9.4.	Съемная опора	наличие

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.9.5.	Оптический гравитационный индикатор угла наклона	наличие
2.9.6.	Система аварийного спуска	наличие
2.9.7.	Ключ несанкционированного использования	наличие
2.9.8.	Кнопка аварийной остановки движения	наличие (в рабочем состоянии кнопка горит красным цветом)
2.9.9.	Скрытая (не выходящая наружу) прокладка проводов	наличие

3. Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены доставка товара на объект Покупателя (222120, Минская область, Борисовский район, Пригородный сельский совет, дер. Дудинка, ул. Сосновая, 20), либо в иное место, указанное Покупателем, работы по сборке, установке и вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования, инструктаж и обучение персонала Покупателя, а также страхование, таможенные пошлины, НДС.

3.2. Гарантийное сервисное обслуживание – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Потенциальный Поставщик оборудования должен представить документы, подтверждающие наличие сервисного обслуживания в Республике Беларусь.

Главный врач МСЧ С.В.Будько

Заместитель главного врача МСЧ
по медицинской части А.В.Красёв