ООО "Флоумедикал"

220012 г. Минск, пер.Инструментальный, д.6,
пом.213 Республика Беларусь, УНП 193096609
р/с: BY63PJCB30120562561000000933 в Приорбанк
ОАО ЦБУ 109 г.Минск, ул.Притыцкого, 105 БИК PJCBBY2X
тел./факс: 8(017) 350-65-65, 350-65-63, 350-61-65
info@flowmedical.by; www.flowmedical.by

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

ОТ «15» ОКТЯБРЯ 2026 Г.

Наименование учреждения здравоохранения: Минский городской клинический онкологический центр

Наименование оборудования: блок контроля и отключения медгазов М-КР

Сведение о гарантии: гарантийное, не гарантийное.

Договор на техническое обслуживание: №89-ТО/2026 от 17 марта 2026 г.

Описание и установленные **причины возникновения неисправности:**

1. Выход из строя элементов цепи питания;
2. Потеря связи с датчиком давления воздуха;
3. Выгорание сегментов цифровых дисплеев.

Необходимые действия по устранению неисправности:

1. Ремонт платы управления с заменой дисплея – 2шт, замена датчика давления в плате управления блока контроля – 1шт

Представитель
Учреждения здравоохранения

Ф.И.О., должность, подпись

Представитель
ООО «Флоумедикал»

Ф.И.О., должность, подпись