БелМТ №968/26 Приложение 1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Электроды для временных наружных эндокардиальных стимуляторов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1	Электроды для временных эндокардиальных стимуляторов	шт.	2065

2. **Показатели (характеристики)** предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.	Электрод для временной кардиостимуляции должен быть снабжен раздуваемым баллоном, расположенным между проксимальным и дистальным полюсами электрода, облегчающим установку электрода без использования рентгеновского излучения / не требующий условий рентгеноперационной**
2.2.	Рентген-контрастные маркеры на расстоянии не менее 10-15 мм друг от друга наличие не менее 2 маркеров
2.3.	Кривизна – прямой или специальная для правого желудочка, облегчающая установку
2.4.	Тип стимуляции биполярный
2.5.	Покрытие антиромботическое гепаринизированное для профилактики тромбообразования
2.6.	Диаметр электрода 4-5 F
2.7.	Совместимость предлагаемого электрода с интродьюсером 5F
2.8.	Длина полезной части электрода не менее 110 см
2.9.	В состав комплекта должны входить шприц для раздутия баллона и ЭКГ-адаптер, совместимый с временными ЭКС, имеющимися на балансе УЗО Республики Беларусь**

Примечание: **) данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

Согласование типоразмеров на момент заключения договора.

БелМТ №968/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Катетер центральный венозный одноканальный, одноразовый, стерильный для электродов временных наружных эндокардиальных стимуляторов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1	Катетер центральный венозный одноканальный, одноразовый, стериль-ный для электродов временных наружных эндокардиальных стимуля-торов	шт.	2065

2. **Показатели (характеристики)** предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.	Интрадьюсер с гемостатическим клапаном.
2.2.	Проводник проволочный J-образный с системой введения одной рукой: 1 шт.
2.3.	Игла: 1 шт.
2.4.	Дилатор - 1шт.,
2.5.	Наличие краника на интрадьюсере.
2.6.	Совместимость предлагаемого интродьюсера с электродом 5F
2.7.	Возможность фиксации к коже.

Примечание: **) данные требования технического задания определяют наиболее важные характеристики, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Согласование типоразмеров на момент заключения договора.