Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Система для проведения нагрузочного теста	штука	1
1.2	Беговая дорожка (тредмил)	штука	1
1.3	Блок регистрации электрокардиограммы и измерения артериального давления	штука	1
1.4	Bluetooth-модуль	штука	1
1.5	Элемент питания (аккумулятор)	комплект	1
1.6	Кабель электрокардиографический для снятия ЭКГ	штука	1
1.7	Разовые кардиографические электроды	штука	100
1.8	Лазерный принтер с подключением через USB	штука	1
1.9	Персональный компьютер с монитором не менее 19", клавиатурой и манипулятором мышь	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Технические характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1.	Русскоязычный интерфейс	наличие	
2.2.	Непрерывная регистрация 12 ЭКГ отведений	наличие	
2.3.	Возможность передачи ЭКГ по каналу Bluetooth	наличие	
2.4.	Наличие мониторного контроля расположения и качества наложения электродов, выбора и конфигурации последовательности отведений	наличие	
2.5.	Наличие выбора типовых протоколов для проведения нагрузочного тестирования, возможности создания собственного протокола	наличие	
2.6.	Наличие автоматического и ручного управления ступенями	наличие	
2.7.	Динамика контроля всех параметров теста во время обследования, цветовой и звуковой индикации, информирующей о выходе физиологических параметров пациента за индивидуальные пределы	наличие	
2.8.	Проведение ЭКГ в состоянии покоя с автоматической обработкой данных	наличие	
2.9.	Анализ сегмента ST, амплитуды, наклона, интеграла, индекса, ST/ЧСС наклона, ST/ЧСС петли, ST/ЧСС индекса по 12-ти отведениям	наличие	
2.10.	Контроль частоты сердечных сокращений	наличие	
2.11.	Автоматическое распознавание, документирования и аннотирования аритмий	наличие	
2.12.	Измерение усредненных показателей после теста на основе точек E, J и J+	наличие	
2.13..	Возможность усредненных измерений сегмента ST с исключением артефактов	наличие	

2.14.	Возможность динамического отображения на экране текущего и исходного значения сегмента ST	наличие	
2.15.	Возможность «трехмерного» представления до 6 усредненных комплексов QRST	наличие	
2.16.	Наличие возможностей ручной установки на экране момента начала и окончания комплекса QRS	наличие	
2.17.	Запись ЭКГ и просмотра эпизодов для отдельных сердечных сокращений	наличие	
2.18.	Возможность данных отчета в виде таблиц и диаграмм	наличие	
2.19.	Наличие опции сохранения данных в полном объеме, архивирования	наличие	
2.20.	Возможность редактирования врачом результатов интерпретации	наличие	
2.21.	Наличие боковых перил в беговой дорожке	наличие	
2.22.	Возможность регулирования скорости беговой дорожки в диапазоне	от 0.5 до 10 км/ч	
2.23.	Угол наклона поверхности бегового полотна	не менее 15% с изменением в процессе проведения теста	
2.24.	Предельный вес пациента	не менее 120 кг	
2.25.	Возможность плавного старта	наличие	
2.26.	Кнопка аварийного отключения	наличие	
2.27.	Возможность обновления программного обеспечения	наличие	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.