Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «Городской детский центр медицинской реабилитации «Пралеска»

_____ Н.П. Демидова
«__» _____ 2026 года

Технические характеристики:
Анализатор поля зрения

1.Состав (комплектация) оборудования :

Аппарат (аппарат поставляется в собранном виде)	1 шт.
Пульт врача	1 шт.
Пульт пациента	1 шт.
Кабель USB для подключения к компьютеру	1 шт.
CD-ROM с программным обеспечением	1 шт.

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. интерфейс подключения к компьютеру: USB;
2.2.питание от сети переменного тока: 230 ± 20В, частота 50 Гц;
2.3. мощность, потребляемая аппаратом от сети: не более 7.5 В·А;
2.4. габаритные размеры: 250×500×700 мм;
2.5. масса аппарата: не более 7 кг;
2.6. по безопасности аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0 и выполнен в части электробезопасности как изделие класса I с рабочей частью типа B.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Главный внештатный офтальмолог
комитета по здравоохранению Мингорисполкома,
врач-офтальмолог (заведующий отделением)
микрохирургии глаза №1 УЗ «10-я городская
клиническая больница» Т.Ф. Воронович

Члены комиссии:

врач-офтальмолог (заведующий отделением)
офтальмологического
консультативно - диагностического
отделения микрохирургии (детское)
УЗ «10-я городская
клиническая больница»
Главный внештатный офтальмолог
комитета по здравоохранению
Мингорисполкома (детский) Е.П. Хороших

Врач-офтальмлог (заведующий отделением)
отделения микрохирургии глаза №1
УЗ «3-я городская клиническая
больница имени Е.В. Клумова» М.А. Панес