БелМТ №644/26

лот 1

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	ИФА-анализатор (ридер)	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. ИФА-анализатор позволяет измерять оптическую плотность растворов в 96 луночных планшетах с круглым и плоским дном.

2.2. Наличие не менее 8 измерительных каналов.

2.3. Спектральный диапазон от 400 до 690 нм.

2.4. Наличие светофильтров 405, 450, 620.

2.5. Возможность проведения измерения в одно/двухволновом режиме, по конечной точке.

2.6. Диапазон измерения оптической плотности - 0-3ед.

2.7. Вывод результатов на дисплей и принтер.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.