Том 1490
Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Расходные материалы для реанимации для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	*Размер / состав*	*Количество*
ЛОТ №1 Соединитель для контура ИВЛ с портом для санации шарнирный угловой (гофрированный)	коннектор со стороны контура 15 мм	3 275 штук
ЛОТ №2 Соединитель для контура ИВЛ с портом для санации шарнирный угловой (гофрированный)	коннектор со стороны контура 22 мм	38 920 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1, 2 **Соединитель для контура ИВЛ с портом для санации шарнирный угловой (гофрированный)**
2.1. Должны быть предназначены для одноразового использования. 2.2. Наличие гофрируемой конфигурируемой трубки длинной не менее 150 мм. 2.3. Наличие шарнирного углового соединителя (необходим для соединения дыхательного контура с интубационной трубкой или маской). 2.4. Наличие коннектора со стороны пациента 22M/15F. 2.5. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.

12-10-2026

5 1429

Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Расходные материалы для реанимации для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	*Размер / состав*	*Количество*
ЛОТ №~~1~~ 3 Дыхательный мешок (одноразовый)	0,5л	207 штук
	1,0л	290 штук
	2,0л	2 614 штук
	3,0л	2 153 штук
ЛОТ №~~2~~ 4 Дыхательный мешок (многоразовый)	0,5л	8 штук
	1,0л	15 штук
	2,0л	34 штук
	3,0л	75 штук
ЛОТ №~~3~~ 5 Реанимационная система (мешок Амбу) одноразовая неонатальная	1. Мешок для ручной ИВЛ. 2. Резервуарный мешок из ПВХ. 3. Кислородная линия 2м (для подключения к внешнему источнику кислорода). 4. Маска наркозная №0. 5. Маска наркозная №1.	1 274 штук
ЛОТ №~~4~~ 6 Реанимационная система (мешок Амбу) одноразовая детская	1. Мешок для ручной ИВЛ. 2. Резервуарный мешок из ПВХ. 3. Кислородная линия 2м (для подключения к внешнему источнику кислорода). 4. Маска наркозная №2. 5. Маска наркозная №3.	462 штук
ЛОТ №~~5~~ 7 Реанимационная система (мешок Амбу) одноразовая взрослая	1. Мешок для ручной ИВЛ. 2. Резервуарный мешок из ПВХ. 3. Кислородная линия 2м (для подключения к внешнему источнику кислорода). 4. Маска наркозная №4. 5. Маска наркозная №5.	7 991 штук
ЛОТ №~~6~~ 8 Реанимационная система (мешок Амбу) многоразовая неонатальная	1. Мешок для ручной ИВЛ. 2. Резервуарный мешок из ПВХ. 3. Кислородная линия 2м (для подключения к внешнему источнику кислорода). 4. Маска силиконовая №0. 5. Маска силиконовая №1.	53 штук
ЛОТ №~~7~~ 9 Реанимационная система (мешок Амбу) многоразовая детская	1. Мешок для ручной ИВЛ. 2. Резервуарный мешок из ПВХ. 3. Кислородная линия 2м (для подключения к внешнему источнику кислорода). 4. Маска силиконовая №2. 5. Маска силиконовая №3.	64 штук
ЛОТ №~~8~~ 10 Реанимационная система (мешок Амбу) многоразовая взрослая	1. Мешок для ручной ИВЛ. 2. Резервуарный мешок из ПВХ. 3. Кислородная линия 2м (для подключения к внешнему источнику кислорода). 4. Маска силиконовая №4.	308 штук

ВХ № 10971
12.10.2026

	5. Маска силиконовая №5.	
ЛОТ №~~9~~ 11 Соединитель для контура ИВЛ жесткий угловой (гофрированный)	Коннектор со стороны контура 15 мм	1 265 штук
	Коннектор со стороны контура 22 мм	13 975 штук

2. Технические требования:

ЛОТ 3 **~~ЛОТ №1~~ Дыхательный мешок (одноразовый)**
2.1. Должны быть предназначены для одноразового использования. 2.2. Не должны содержать латекс. 2.3. Должен иметь коннектор с портом 22 мм (для 0,5 л – с портом 15 мм). 2.4. Должен быть оснащен внутренней системой противослипания и усилен поперечными ребрами для лучшей фиксации мешка. 2.5. Место соединения мешка с коннектором должно быть дополнительно усилено внешней герметизирующей клейкой полосой. 2.6. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.
ЛОТ 4 **~~ЛОТ №2~~ Дыхательный мешок (многоразовый)**
2.1. Должны быть предназначены для многократного использования. 2.2. Не должны содержать латекс. 2.3. Должен иметь коннектор с портом 22 мм (для 0,5 л – с портом 15 мм). 2.4. Должен быть оснащен внутренней системой противослипания и усилен поперечными ребрами для лучшей фиксации мешка. 2.5. Место соединения мешка с коннектором должно быть дополнительно усилено внешней герметизирующей клейкой полосой. 2.6. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.
ЛОТ 5 **~~ЛОТ №3~~ Реанимационная система (мешок Амбу) одноразовая неонатальная**
2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399 мл (неонатальный). 2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов). 2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления. 2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром. 2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха. 2.6. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
ЛОТ 6 **~~ЛОТ №4~~ Реанимационная система (мешок Амбу) одноразовая детская**
2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000 мл (педиатрический). 2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов). 2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления. 2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром. 2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха. 2.6. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

ЛОТ 7 ~~ЛОТ №5~~ **Реанимационная система (мешок Амбу) одноразовая взрослая**
2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500 мл (взрослый). 2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов). 2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления. 2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром. 2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха. 2.6. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.
ЛОТ 8 ~~ЛОТ №6~~ **Реанимационная система (мешок Амбу) многоразовая неонатальная**
2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399 мл (неонатальный). 2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов). 2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления. 2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром. 2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха. 2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).
ЛОТ 9 ~~ЛОТ №7~~ **Реанимационная система (мешок Амбу) многоразовая детская**
2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000 мл (педиатрический). 2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов). 2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления. 2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром. 2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха. 2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).
ЛОТ 10 ~~ЛОТ №8~~ **Реанимационная система (мешок Амбу) многоразовая взрослая**
2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500 мл (взрослый). 2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов). 2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления. 2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром. 2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха. 2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).
ЛОТ 11 ~~ЛОТ №9~~ **Соединитель для контура ИВЛ жесткий угловой (гофрированный)**
2.1. Должны быть предназначены для одноразового использования. 2.2. Наличие гофрируемой конфигурируемой трубки длинной не менее 150мм. 2.3. Наличие жесткого углового соединителя (необходим для соединения дыхательного контура с интубационной трубкой или маской). 2.4. Наличие коннектора со стороны пациента 22M/15F. 2.5. Каждое изделие должно упаковано в индивидуальную упаковку.
ЛОТ №10 Соединитель для контура ИВЛ жесткий угловой

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».