Директор ООО «ЭкоВода» _____ УТВЕРЖДАЮ
В.В.Тачицкий
«16» сентября 2026 г.

АКТ ДЕФЕКТОВ

г. Минск «16» сентября 2026г.

Комиссия в составе:

представители от Исполнителя директор Тачицкий В.В.

представитель от Заказчика _____

_____

В результате технического осмотра комплекса водоподготовки «акватон-эко», находящегося в ОАиР Учреждения здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», было выявлено следующее:

1. Вышел из строя датчик уровня пермеата в накопителе.

Для устранения неполадок в работе комплекса водоподготовки необходимо выполнить следующее:
- замена датчика уровня пермеата в накопителе.

Подписи членов комиссии:

представитель от Исполнителя директор Тачицкий В.В. _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

представитель от Заказчика _____
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

«23» октября 2026г.

Организация Общество с Ограниченной ответственностью «Интеллект Х», Республика Беларусь, г. Минск, 220005, ул. Старовиленская, 14-2,

полное наименование предприятия организации, адрес

телефон/факс: +375 (17) 215-11-15

телефон/факс

Кудырко А.М., зам. директора ООО «Интеллект Х» по техническим вопросам, установлено:

В ходе проведения технического обслуживания оборудования «Контрольно-информационная панель управления MVS Lyra», смонтированного в учреждении здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр» по адресу г. Минск, пр-т Независимости, 64,

выявлено следующее:

Описание неисправности:

1. Отсутствие доступа к госпитальной платформе через веб-браузер.
2. Отсутствие просмотра изображений на мониторе операционного светильника 1-й операционной в мультиоконном режиме;
3. Нарушение герметичности установленной стеновой панели интерфейсных розеток в 3-й операционной.

Заключение Комиссии:

для выполнения ремонтных работ требуется замена следующих материалов:

1. Замена жесткого диска хранения, модель "WD Ultrastar DC HC320 8TB HUS728T8TALE6L4" – 1шт.
2. Замена кулера **Delta BSC0805HA-00**, термопаста типа Arctic MX-6 ACTCP00080A (4 г) 1 тюбик;
3. Силикон , 1 тюбик, цвет махаон

Зам. директора ООО «Интеллект Х» _____ Кудырко А.М.