МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлевае ўнітарнае прадпрыемства «Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30 20400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

27.11.2026 № 4-17/411

На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС
информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на ***«Набор реагентов для клинического анализатора кала. Контрольные материалы для анализатора гликированного гемоглобина Clover A1c, Корея. Контрольные материалы для анализатора мочи DUS R-300»***(см.Приложение 1).

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (*Закон, Указ, прейскурант и т.д.*) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **01.12.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга М.В.Саварина

Асиевская Т.В.
8 (232) 35-67-14

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот №1. Набор реагентов для клинического анализа кала.

1.Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	*Состав (комплектация) оборудования*	*Количество*
Набор реагентов для клинического анализа кала	1.Состав набора: 1.1.Раствор Люголя-1 флакон 1.2.Уксусная кислота, 30% раствор-1 флакон 1.3.Раствор Судана III (2%) -1 флакон 1.4.Метиленовый синий, 2% - 1 флакон 1.5.Глицерин –1 флакон микроскопическое исследование (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов) (не менее 2000 определений)	4 набора

2.Технические требования

2.1. Набор реагентов для микроскопического исследования кала (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельминтов).

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

4.Требования о наличии технической документации и иной информации.

4.1. Копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения республики Беларусь.

Лот №2. Контрольные материалы для анализатора гликированного гемоглобина Clover A1c, Корея.

1.Состав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	*Состав (комплектация) оборудования*	*Количество*
Лот № 1. Контрольные материалы для анализатора гликированного гемоглобина Clover A1c	Набор контрольных материалов. Упаковка не менее двух уровней, отдельно или в составе набора.	6 мл

2.Технические требования

2.1. Контрольные материалы должны быть предназначены для анализатора гликированного гемоглобина Clover A1c, («Infopia Co.,Ltd», Корея), что должно подтверждаться документально.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

4.Требования о наличии технической документации и иной информации.

4.1. Копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения республики Беларусь.

4.2. Документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Лот №3. Контрольные материалы для анализатора мочи DUS R-300.

1.Сотав (комплектация) оборудования

Номер и наименование ЛОТа	***Состав (комплектация) оборудования***	***Количество***
Контрольные материалы для анализатора мочи DUS R-300	1.1.Набор контрольных материалов Упаковка не менее двух уровней отдельно или в составе набора	144 мл

2.Технические требования

2.1. Контрольные материалы должны быть предназначены для анализатора мочи DUS R-300, («Infopia Co.,Ltd», Корея), что должно подтверждаться документально.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

4.Требования о наличии технической документации и иной информации.

4.1. Копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения республики Беларусь.

4.2. Документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.